

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Hlubokomrazící boxy pro LF MU“

část č. 1 VZ: Hlubokomrazící box pro Pediatrickou kliniku

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 25.5.2022 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

Zadavatel v technické specifikaci uvádí: jednotlivé rozměry (výška x hloubka x maximálně 120x85x90 cm. Dotaz: Prosíme o vyjasnění, zda je poslední údaj (90 cm) šířka. Bude zadavatel akceptovat rozměry (vxhxš) - 83x63x93,4 cm?

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci uvádí: jednotlivé rozměry (výška x hloubka x maximálně 120x85x90 cm. Dotaz: Prosíme o vyjasnění, zda je poslední údaj (90 cm) šířka. Bude zadavatel akceptovat rozměry (vxhxš) - 83x63x93,4 cm?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky nevyhovět žádosti dodavatele.

Zadavatel pro vyloučení všech skutečností uvádí, že šířka 90 cm je bohužel maximální hodnota, kterou ještě může akceptovat. Zařízení s větší šířkou by se do vymezeného prostoru již nevešlo.

2) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek