

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

Identifikace veřejné zakázky

Název: Stomatologické výukové modely 3
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Režim veřejné zakázky: Podlimitní
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006458>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D, děkanem LF MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 8. 6. 2022 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dobrý den,

v příloze zasílám katalog modelů zubů KaVo. Prosím o vypsání objednávacích čísel, které preferujete dodat, jelikož je zubů a modelů mnoho variant a abychom Vám neposlali nabídku na něco, co nebylo předmětem dodání - specifikace.

Děkuji za pomoc!“

2. ODPOVĚĚ ZADAVATELE

Zadavatel stanovil své technické požadavky na poptávaný předmět plnění v Technické specifikaci, která je součástí zadávací dokumentace. Účastníci jsou tak oprávněni nabídnout jakékoli produkty, které tyto požadavky splňují, přičemž volba z množiny vyhovujících produktů do nabídky účastníka je zcela na uvážení účastníka, nikoli na zadavateli.

S ohledem na to, že se zadavatel již ve dvou předcházejících zadávacích řízeních neúspěšně pokoušel vybrat dodavatele předmětné veřejné zakázky, a s ohledem na nynější přímou žádost účastníka, zadavatel považuje uvedení odkazů na konkrétní výrobky nebo dodavatele za nezbytné pro dostatečně přesné nebo srozumitelné stanovení technických podmínek, a tedy v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a proto vyhoví žádosti účastníka a uvede konkrétní označení produktů z účastníkem předloženého katalogu, které dle názoru zadavatele splňují zadávací podmínky.

Zadavatel však výslovně uvádí, že dodavatelé mohou nabídnout i jiné než níže uvedené konkrétní produkty, pokud tyto splňují podmínky uvedené v Technické specifikaci. Zadavatel tímto vysvětlením



zadávací dokumentace nestanoví jediné přípustné produkty, ale pouze uvádí, které z účastníkem označených produktů splňují zadávací podmínky. Zadavatel je v rámci tohoto zadávacího řízení připraven stejným způsobem reagovat i na případné obdobné dotazy jiných dodavatelů, aby byla zachována zásada rovného zacházení, a z tohoto důvodu tímto i **prodlužuje lhůtu k podání nabídek nově do 21. 6. 2022 do 11.00 hod.**

Z účastníkem předloženého katalogu výrobce KaVo splňují technické požadavky zadavatele například produkty s následujícími kódy a označením:

Položka č. 1.1 (Model dětských čelistí) – Pedo model upper/lower UJK/LJK V12 (Mat. no.: 0.623.4491);

Položka č. 1.2 (Model pokročilého postižení parodontu u dospělých) – Advanced adult periodontitis UJ PA B1 complete (Mat. no.: 0.623.1851) + Gingiva B1 pink (Mat. no.: 0.623.2712) + LJ PA B1 complete (Mat. no.: 0.623.1861) + Gingiva B1 pink (Mat. no.: 0.623.2722) + Calculus kit (Mat. no.: 0.623.1931);

Položka č. 1.3 (Model časného postižení parodontu s nepravými parodontálními choboty) – Early adult periodontitis with pseudo pockets UJ PA A2 complete (Mat. no.: 0.623.1831) + Gingiva A2 pink (Mat. no.: 0.623.2692) + LJ PA A2 complete (Mat. no.: 0.623.1841) + Gingiva A2 pink (Mat. no.: 0.623.2702) + Calculus kit (Mat. no.: 0.623.1931).

Zadávací podmínky se tímto Vysvětlením zadávací dokumentace nemění.

V Brně dne 9. 6. 2022

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

