

Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení

Celotělový patientský simulátor pro ošetřování a přednemocniční péči - dospělý

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 22.7.2022 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

- 1) *po prostudování technické specifikace stanovené zadavatelem se dotazujeme, za by zadavatel byl ochoten akceptovat námi nabízený simulátor, který NEBUDE splňovat níže uvedené požadavky v technických podmínkách?*
 - možnost simulace fotoreakce včetně patol. Projevů
 - možnost zajištění arteriálního přístupu – pouze žíly předloktí
 - možnost simulace středního arteriálního tlaku
 - možnost zajištění žilního přístupu na centrální žilách (v. subclavia, v. jugularis...)
 - možnost měření intraabdominálního tlaku
 - změna barvy kůže, cyanóza apod.....
 - možnost výměny ženského a mužského hrudníku
 - možnost odsávání reálných tekutin (plíce, žaludek, moč. měchýř) - pouze MOČ

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

po prostudování technické specifikace stanovené zadavatelem se dotazujeme, za by zadavatel byl ochoten akceptovat námi nabízený simulátor, který NEBUDE splňovat níže uvedené požadavky v technických podmínkách?

- možnost simulace fotoreakce včetně patol. Projevů
- možnost zajištění arteriálního přístupu – pouze žíly předloktí
- možnost simulace středního arteriálního tlaku
- možnost zajištění žilního přístupu na centrální žilách (v. subclavia, v. jugularis...)
- možnost měření intraabdominálního tlaku
- změna barvy kůže, cyanóza apod.....
- možnost výměny ženského a mužského hrudníku

- možnost odsávání reálných tekutin (plíce, žaludek, moč. měchýř) - pouze MOČ

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky vyhovět žádosti dodavatele a vypustit tyto níže uvedené požadavky ze stanovených Technických podmínek a „Technické specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č. 1 návrhu smlouvy:

- možnost simulace fotoreakce včetně patol. Projevů
- možnost zajištění arteriálního přístupu
- možnost simulace středního arteriálního tlaku
- možnost zajištění žilního přístupu na centrální žilách (v. subclavia, v. jugularis...)
- možnost měření intraabdominálního tlaku
- změna barvy kůže, cyanóza apod.....
- možnost výměny ženského a mužského hrudníku
- možnost odsávání reálných tekutin (plíce, žaludek, moč. měchýř)

- 2) **Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č. 1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/ doplnění zadavatele.**

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 3) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 4. 8. 2022 do 13:00 hod. se prodlužuje do 1.9. 2022 do 13:00 hod.

- 4) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - přílohy č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 27.7.2022