

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Hlubokomrazící boxy pro LF MU II“

část č. 1 VZ: Hlubokomrazící box pro Anatomický ústav - opakované řízení

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 3.8.2022 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace.

Jednotlivé dotazy se vztahují k těmto stanoveným technickým podmínkám:

1. *Ve vašich technických požadavcích je parametr : Vybavení vnitřní schránky- součástí každé vnitřní schránky bude alespoň jeden kovový stojan („rack“)*

Náš dotaz zní:

Jelikož, vybavení nerezovými skladovacími boxy, nebývá standardní výbavou hlubokomrazících boxů a je to vždy příplatková výbava, která podstatně navyšuje celkovou cenu přístroje, tak se tímto zdvořile dotazujeme, jestli je možné, aby bylo tento požadovaný hlubokomrazící box, možné nabídnout bez těchto nerezových skladovacích boxů. Hlavně zde vzniká problém, s počtem vnitřních individuálně uzavíratelných schránek, kdy některé hlubokomrazící boxy jsou vybaveny 3 vnitřními schránkami a někteří výrobci mají standardně 5 nebo 6 vnitřních, individuálně uzavíratelných prostorů a tím by vznikla technická i finanční výhoda, pro potenciálního dodavatele, který by mohl nabídnout hlubokomrazící box, pouze se třemi uzavíratelnými vnitřními schránkami.

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

Ve vašich technických požadavcích je parametr : Vybavení vnitřní schránky- součástí každé vnitřní schránky bude alespoň jeden kovový stojan („rack“)

Náš dotaz zní:

Jelikož, vybavení nerezovými skladovacími boxy, nebývá standardní výbavou hlubokomrazících boxů a je to vždy příplatková výbava, která podstatně navyšuje celkovou cenu přístroje, tak se tímto zdvořile dotazujeme, jestli je možné, aby bylo tento požadovaný hlubokomrazící box, možné nabídnout bez těchto nerezových skladovacích boxů. Hlavně zde vzniká problém, s počtem vnitřních individuálně uzavíratelných schránek, kdy některé hlubokomrazící boxy jsou vybaveny 3 vnitřními schránkami a někteří výrobci mají standardně 5 nebo 6 vnitřních, individuálně uzavíratelných prostorů a tím by vznikla technická i finanční výhoda, pro potenciálního dodavatele, který by mohl nabídnout hlubokomrazící box, pouze se třemi uzavíratelnými vnitřními schránkami.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **vyhovět žádosti dodavatele.**

Zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

vybavení vnitřní schránky	pouze informativní charakter - účastník uvede kolik kovových stojanů ("racků") je součástí dodávky
---------------------------	--

- 2) Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č. 1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/ doplnění zadavatele.

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 3) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 10. 8. 2022 do 13:00 hod. se prodlužuje do 17.8. 2022 do 13:00 hod.

- 4) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - přílohy č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 4.8.2022