

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Hlubokomrazicí boxy pro LF MU II“

část č. 2 VZ: Hlubokomrazicí box pro Ústav patologické fyziologie

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 3

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 17.8.2022 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace.

Jednotlivé dotazy se vztahují k těmto stanoveným technickým podmínkám:

- 1) *Ve vašich technických požadavcích je parametr : mrazicí box musí být stěhovatelný vstupním otvorem (dveřmi) o rozměrech 196 x 79 cm*

Stěhovatelnost přes tento vstupní otvor musí být možné provést jednoduše a bez nějakých větších technických zásahů na přístroji. Zadavatel ji musí být schopen realizovat vlastními silami, bez závislosti na dodavateli nebo třetí straně a v případě nutnosti montáže/demontáže jakýchkoliv prvků přístroje, pak současně bez jakékoliv vlivu na platnost záruky.

Náš dotaz zní:

A,) Jelikož, žádný výrobce duálních hlubokomrazicích boxů na světě, při požadovaném objemu min. 500

ltr., není schopen splnit průchodnost dveřmi o šířce 790 mm., tak bychom si zdvořile dovolili navrhnout možnou nepatrnou změnu v tomto vašem technickém požadavku. Jelikož několik výrobců disponuje možností nastěhování dveřmi o šířce 800 mm, ale současně s podmínkou, kompletní demontáže dveří, jelikož jenom panty mají od 20 do 30 mm a samozřejmě při demontáži dveří je nutné také odmontovat celý zámek dveří, společně s uzavírací klikou.

Potom je možné nastěhování do dveří o šířce 800 mm s nakloněným mrazicím boxem, jelikož všechny tyto boxy mají výšku od 1980 do 2000 mm, samozřejmě jestli je před vstupními dveřmi dostatek prostoru.

V případě nedostatečného manipulačního prostoru před vstupem do dveří, je možné odmontováním pojezdových koleček dosáhnout celkové výšky cca. 1950 mm.

Myslíme si, že i takováto demontáž je v silách zadavatele, jelikož předvrtané otvory nedovolí, aby při zpětné montáži byly dveře nebo pojezdová kolečka umístěny jinak, než byly původně.

A proto taková částečná demontáž a zpětná montáž, by neměla mít žádný vliv na vlastní záruku.

Proto se velice zdvořile ptáme, zda by tento navrhovaný scénář, s možností nepatrně upraveného technického požadavku, byl pro zadavatele akceptovatelný??

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

Ve vašich technických požadavcích je parametr : mrazicí box musí být stěhovatelny vstupním otvorem (dveřmi) o rozměrech 196 x 79 cm

Stěhovatelnost přes tento vstupní otvor musí být možné provést jednoduše a bez nějakých větších technických zásahů na přístroji. Zadavatel ji musí být schopen realizovat vlastními silami, bez závislosti na dodavateli nebo třetí straně a v případě nutnosti montáže/demontáže jakýchkoliv prvků přístroje, pak současně bez jakékoliv vlivu na platnost záruky.

Náš dotaz zní:

A,) Jelikož, žádný výrobce duálních hlubokomrazících boxů na světě, při požadovaném objemu min. 500

ltr.,není schopen splnit průchodnost dveřmi o šířce 790 mm., tak bychom si zdvořile dovolili navrhnout možnou nepatrnou změnu v tomto vašem technickém požadavku. Jelikož několik výrobců disponuje možností nastěhování dveřmi o šířce 800 mm, ale současně s podmínkou, kompletní demontáže dveří, jelikož jenom panty mají od 20 do 30 mm a samozřejmě při demontáži dveří je nutné také odmontovat celý zámek dveří, společně s uzavírací klikou.

Potom je možné nastěhování do dveří o šířce 800 mm s nakloněným mrazicím boxem, jelikož všechny tyto boxy mají výšku od 1980 do 2000 mm, samozřejmě jestli je před vstupními dveřmi dostatek prostoru.

V případě nedostatečného manipulačního prostoru před vstupem do dveří, je možné odmontováním pojezdových koleček dosáhnout celkové výšky cca. 1950 mm.

Myslíme si, že i takováto demontáž je v silách zadavatele, jelikož předvrtané otvory nedovolí, aby při zpětné montáži byly dveře nebo pojezdová kolečka umístěny jinak, než byly původně.

A proto taková částečná demontáž a zpětná montáž, by neměla mít žádný vliv na vlastní záruku.

Proto se velice zdvořile ptáme, zda by tento navrhovaný scénář, s možností nepatrně upraveného technického požadavku, byl pro zadavatele akceptovatelný??

Odpověď zadavatele:

Dotaz dodavatele směřuje k nastavení technických podmínek. Zadavatel své provozní potřeby a důvod nastavení těchto zadávacích podmínek již popsal ve Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 11.8.2022. Technické podmínky jsou stanoveny a odůvodnění uvedeno dostatečně pro podání a vypracování nabídky. Z těchto důvodů ponechává zadavatel zadávací podmínky beze změn.

2) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek