

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. Michal Boroš / +420 549 49 3220

V Brně, dne 23. 8. 2022

Věc: Veřejná zakázka: Dodávka BSL2 biologických kabinetů - flow-boxů

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Sdělení č. 1:

Zadavatel uvádí, že mění znění ř. 22 listu "box 1200" přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace. Nové znění předmětného ustanovení zní: „*Nastavitelné alespoň dvě pozice výšky pracovního otvoru bez použití nástroje, a to 200 mm a 250 mm s odchylkou +/- 10 mm. V těchto pozicích musí být garantováno splnění parametrů proudění dle ČSN EN 12469. Po zapnutí boxu sklo automaticky vyjede do pracovní polohy*“ Zadavatel v tomto smyslu uveřejňuje novou verzi předmětné přílohy pod názvem souboru **01_TS_FB_v2**.

Sdělení č. 2:

Zadavatel dále uvádí, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **8. 9. 2022 10:00 hod.**

Sdělení č. 3:

Zadavatel dále uvádí, že **ostatní ustanovení zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh zůstávají beze změn.**

manažer veřejných zakázek