

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. Michal Boroš / +420 549 49 3220

V Brně, dne 24. 8. 2022

Věc: Veřejná zakázka: Dodávka BSL2 biologických kabinetů - flow-boxů

Vysvětlení zadávací dokumentace (2)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dotaz od dodavatele dne 22.08.2022 13:27 hod.

Dotaz:

Dobrý den,

rádi bychom tímto pořádali o poskytnutí dodatečné informace v rámci tohoto VŘ a prosíme o odpovědi na naše dotazy:

1. Je pro vás přípustné nabídnutí 3 kusů biohazard boxů třídy II o šířce pracovní plochy alespoň 1800 mm, které mají následující parametry rozměrů: vnější šířka 1960 mm, dále vnější hloubka 855 mm s tím, že průchod dveřmi o šířce 80 cm bude zajištěn (možnost redukce šířky boxu na 780 mm je zajištěna) a vnitřní hloubka 580 mm?

2. Je pro vás přípustné nabídnutí 1 kusů biohazard boxu třídy II o šířce pracovní plochy alespoň 1200 mm, který má následující parametry rozměrů: šířka pracovní plochy 1192 mm (domníváme se, že by 8 mm nemělo hrát roli), dále vnější šířka 1350 mm, dále vnější hloubka 855 mm s tím, že průchod dveřmi o šířce 80 cm bude zajištěn (možnost redukce šířky boxu na 780 mm je zajištěna) a vnitřní hloubka 580 mm?

Děkujeme za odpovědi.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že na základě prostorových a materiálních podmínek trvá na požadovaných rozměrech přístrojů uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace.

Sdělení č. 1:

Zadavatel dále uvádí, že je též příjemcem dotace na realizaci veřejné zakázky z programu NIVB; název projektu: EXCELES reg. č. projektu LX22NPO5103. Zadavatel mění čl. II. „Účel smlouvy“ odst. 9) přílohy č. 3 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky. Nové znění předmětného ustanovení zní: „*Kupující pořizuje věc z dotačních prostředků programu NIVB název projektu: EXCELES, reg. č. projektu LX22NPO5103 (dále též „projekt“).*“ Zadavatel dále mění čl. VI. „Kupní cena a platební podmínky“ odst. 7) písm. e) přílohy č. 3 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky. Nové znění předmětného ustanovení zní: „*uvedení názvu a registračního čísla projektu EXCELES, reg. č. projektu LX22NPO5103, pakliže je to relevantní*“. Zadavatel v tomto smyslu uveřejňuje novou verzi předmětné přílohy pod názvem souboru 03_OP_FB_v2. Zadavatel ujistuje dodavatele, že nevyžaduje předmětnou přílohu přiložit jako součást nabídky.

Sdělení č. 2:

Zadavatel dále uvádí, že ostatní **ustanovení zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a lhůty pro podání nabídek zůstávají beze změn.**