

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

„Mikroskopy pro LF MU III“

část č. 2 VZ: Mikroskopická sestava se vzpřímeným výzkumným a lékařským mikroskopem s osvětlením v procházejícím světle

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 24.8.2022 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

k vybrané zakázce máme následující dotazy:

- 1) V zadání je uvedeno: "Snímací čip/senzor s uhlopříčkou min.1"

OTÁZKA: Bude akceptována kamera s uhlopříčkou senzoru 1/1,2" ?

- 2) V zadání je uvedeno: "kamera připojená do PC přes USB min.3.0"

OTÁZKA: Bude akceptována kamera která používá dedikovanou kartu pro přímý , extrémně rychlý přístup do počítače přímo přes sběrnici PCI-E ?

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

V zadání je uvedeno: "Snímací čip/senzor s uhlopříčkou min.1"

OTÁZKA: Bude akceptována kamera s uhlopříčkou senzoru 1/1,2" ?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky vyhovět žádosti dodavatele a umožnit nabídnout zařízení s uhlopříčkou senzoru 1/1,2".

Zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

Položka č. 2 Digitální kamerový systém

Snímací čip/senzor	s uhlopříčkou min. 2/3" nebo ekvivalentní
---------------------------	--

2) Dotaz č. 2:

V zadání je uvedeno: "kamera připojená do PC přes USB min.3.0"

OTÁZKA: Bude akceptována kamera která používá dedikovanou kartu pro přímý , extrémně rychlý přístup do počítače přímo přes sběrnici PCI-E ?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel stanovil požadavek na USB 3.0 zejména z důvodu zajištění odpovídající rychlosti přenosu/ přístupu. Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky vyhovět žádosti dodavatele a umožnit nabídnout kameru která používá dedikovanou kartu pro přímý , extrémně rychlý přístup do počítače přímo přes sběrnici PCI-E.

Zadavatel pro vyloučení všech pochybností nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

Položka č. 2 Digitální kamerový systém

kamera připojená do PC přes USB min. 3.0 nebo jiným vhodným způsobem propojení, který zajistí stejně rychlý nebo rychlejší přenos/ přístup/ propojení mezi PC a kamerou	ANO, účastník uvede jak bude zajištěno/ způsob propojení mezi PC a kamerou
---	---

- 3) **Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č.1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/ doplnění zadavatele.**

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 4) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 1. 9. 2022 do 13:00 hod. se prodlužuje do 12.9. 2022 do 13:00 hod.

- 5) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - přílohy č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 25.8.2022