

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

„Mikroskopy pro LF MU III“

část č. 2 VZ: Mikroskopická sestava se vzpřímeným výzkumným a lékařským mikroskop s osvětlením v procházejícím světle

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 30.8.2022 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

- 1) *Rádi bychom požádali o bližší objasnění požadavku na "automatická analýza obrazu založená na použití klasifikátorů vytvořených pomocí umělé inteligence či neuronových sítí".*

Je tím myšleno, že dodaný SW má být schopen pracovat s tímto typem obrazové analýzy bez ohledu na způsob a místo vytvoření klasifikátorů, nebo má být SW vybaven modulem, který uživateli umožní vytváření vlastních klasifikátorů a algoritmů obrazové analýzy pomocí učení SW na jeho vlastních vzorcích?

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

Rádi bychom požádali o bližší objasnění požadavku na "automatická analýza obrazu založená na použití klasifikátorů vytvořených pomocí umělé inteligence či neuronových sítí".

Je tím myšleno, že dodaný SW má být schopen pracovat s tímto typem obrazové analýzy bez ohledu na způsob a místo vytvoření klasifikátorů, nebo má být SW vybaven modulem, který uživateli umožní vytváření vlastních klasifikátorů a algoritmů obrazové analýzy pomocí učení SW na jeho vlastních vzorcích?

Odpověď zadavatele:

Vzhledem k plánovanému použití mikroskopu a SW je pro zadavatele velmi důležité, aby mohl tvořit vlastní klasifikátory a algoritmy obrazové analýzy a nebyl odkázán na vnější zdroje klasifikátorů, které by navíc vyžadovaly další finanční prostředky, a to ne malé.

Z tohoto důvodu zadavatel požaduje, aby byl SW vybaven modulem pro tvorbu vlastních klasifikátorů a algoritmů pomocí učení SW na vlastních vzorcích zadavatele, tj. ne pouze s externě dodanými klasifikátory a algoritmy.

Zadavatel doplnil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

automatická analýza obrazu založená na použití klasifikátorů vytvořených pomocí umělé inteligence či neuronových sítí	ANO
tím se rozumí, aby byl SW vybaven modulem pro	

tvorbu vlastních klasifikátorů a algoritmů pomocí učení SW na vlastních vzorcích zadavatele, tj. ne pouze s externě dodanými klasifikátory a algoritmy.	
---	--

- 2) Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č. 1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/ doplnění zadavatele.
Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.
- 3) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
 děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
 Ing. Marek Buriška
 manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - přílohy č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 31.8.2022