

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. Michal Boroš / +420 549 49 3220

V Brně, dne 2. 9. 2022

Věc: Veřejná zakázka: Dodávka BSL2 biologických kabinetů - flow-boxů

Vysvětlení zadávací dokumentace (3)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dotaz od dodavatele dne 31.08.2022 12:02:23 hod.

Dotaz:

Dobrý den,
prosím o informaci, zda je možno nabídnout boxy s hloubkou pracovního prostoru 560 mm a boční stěny nerez.
Děkuji

Odpověď:

Zadavatel akcentuje, že na základě prostorových a materiálních podmínek trvá na požadovaných rozměrech přístrojů uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace (dále též “technická specifikace”), jak již uvedl ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. Zadavatel dále uvádí, že na základě podmínek údržby a viditelnosti trvá na požadavku prosklených bočních stěn jak v listu “boxy 1800”, tak i v listu “box 1200” technické specifikace.

Sdělení č. 1:

Zadavatel dále uvádí, že **ustanovení zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a lhůty pro podání nabídek zůstávají beze změn.**

manažer veřejných zakázek