

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

Dokumentační systém pro gelovou elektroforézu a western-blot pro Biologický ústav LF MU

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 1.9.2022 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace.

- 1) *můžeme nabídnout systém kvalitativně srovnatelné technické specifikace. Systém se liší pouze rozměry (v 80,5cm x š 40cm x h 50,5cm) a nemá vestavěný počítač. Dokumentační systém je tak ovládán externím počítačem. Toto řešení má tu výhodu, že pokud dojde k závadě na externím počítači, přístroj se jen připojí k jinému počítači a může se tak bez problémů nadále pokračovat v práci, téměř bez přerušení. (Počítač dodáváme současně se systémem.)*

Prosím o Vaše vyjádření, zda budete akceptovat nabídku na tento systém s lehce rozdílnou specifikací, která se liší pouze v bodech, které ale neovlivňují kvalitu výsledných snímků.

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

můžeme nabídnout systém kvalitativně srovnatelné technické specifikace. Systém se liší pouze rozměry (v 80,5cm x š 40cm x h 50,5cm) a nemá vestavěný počítač. Dokumentační systém je tak ovládán externím počítačem. Toto řešení má tu výhodu, že pokud dojde k závadě na externím počítači, přístroj se jen připojí k jinému počítači a může se tak bez problémů nadále pokračovat v práci, téměř bez přerušení. (Počítač dodáváme současně se systémem.)

Prosím o Vaše vyjádření, zda budete akceptovat nabídku na tento systém s lehce rozdílnou specifikací, která se liší pouze v bodech, které ale neovlivňují kvalitu výsledných snímků.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel stanovil požadavek na zařízení s vestavěným počítačem („all in one řešení“) kvůli zajištění kompaktnosti, která je pro zadavatele při práci v laboratorním prostředí zcela zásadní. Přístroj bude umístěn v laboratoři na pracovní ploše. Vzhledem k pracovním činnostem, které v laboratoři denně probíhají (práce s chemikáliemi, materiálem atd.) je kompaktnost přístroje a all in one řešení pro zadavatele velmi důležitá. Zejména z výše uvedených důvodů je navrhované řešení - přístroj větších rozměrů + další zařízení (externí PC) a s tím související další kabeláž pro propojení dvou zařízení a napojení na zdroj a další skutečnosti a omezení, které s tímto řešením souvisí pro zadavatele nevyhovující.

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **nevyhovět žádosti dodavatele a ponechat stanovené technické podmínky beze změn.**

2) **Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek