

Vysvětlení a změna zadávacích podmínek č. 1

Identifikace veřejné zakázky

Název: **EXC2220 Chlazená multifunkční centrifuga s příslušenstvím**

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006561>

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta**

Sídlo: **Kotlářská 267/2, 611 37 Brno**

IČO: **00216224**

Jejímž jménem jedná: **prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty**

(dále v textu jen „zadavatel“)

Zadavatel zahájil dne 1. 9. 2022 výběrové řízení na výše uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Dne 5. 9. 2022 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění (zadavatel ponechává znění žádosti v původním znění a označuje jej v následujícím textu kurzívou):

Dobrý den,

Na základě obdržené výzvy k veřejné zakázce Vás žádám o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Niže zasíláme naše dotazy:

V technické specifikaci zadavatel uvádí:

18 *Součástí dodávky jsou adaptéry pro min. 4 kusy mikrotitračních, kultivačních a hluboko jamkových (Deep Well Plate) destiček, s dosažitelným RCF min. 2200 × g*

(Dodavatel uvede ANO/ NE/ KOMPATIBILITA a skutečnou hodnotu)

Pokud účastník uvede KOMPATIBILITA, platí, že je Zařízení plně kompatibilní s výkvným rotorem (kat. číslo S-4-82, zn. Eppendorf), a také s adaptéry na mikrotitrační kultivační destičky, které má zadavatel již v majetku. V takovém případě adaptéry nejsou součástí dodávky.

Prosíme o upřesnění, zda se jedná opravdu o rotor kat. číslo S-4-82. Nedošlo k administrativní chybě?

K požadovaným mikrotitračním destičkám Eppendorf nabízí rotor A-4-81. Prosíme o upřesnění

Odpověď zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, že došlo k administrativní chybě. Správné katalogové číslo rotoru je **A-4-81**.

Zadavatel výše uvedenou změnu zadávacích podmínek reflektoval v nové verzi přílohy zadávacích podmínek – Formulář nabídky – **dodavatelé pro účely podání nabídek použijí novou verzi zmíněné přílohy** označené konkrétně názvem *EXC2220 Formulář nabídky ve znění změny č.1.docx*. Dosavadní verze přílohy byla z profilu zadavatele svěřena a zmíněná aktuální verze přílohy byla na profil zadavatele vyvěšena.

S ohledem na charakter změny provedené v zadávacích podmínkách, která může mít dopad na okruh potenciálních dodavatelů předmětu plnění veřejné zakázky prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek **o 4 pracovní dny**.

Aktuální lhůtu pro podání nabídek seznají dodavatelé z profilu zadavatele na kartě předmětné veřejné zakázky.

Přílohy:

1. Formulář nabídky ve znění změny č. 1