



Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. Michal Boroš / +420 549 49 3220

V Brně, dne 6. 9. 2022

Věc: Veřejná zakázka: Preparativní centrifuga

Vysvětlení zadávací dokumentace (2)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dotaz od dodavatele dne 05.09.2022 14:50:29 hod.

Dotaz:

Dobrý den,

Na základě obdržené výzvy k veřejné zakázce Vás žádám o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Níže zasíláme naše dotazy:

V technické specifikaci zadavatel požaduje:

Součástí dodávky je úhlový hliníkový rotor včetně víčka a těsnění s maximální kapacitou alespoň 6 lahví o objemu v rozsahu 500 až 1000 ml, maximální odstředivá síla alespoň 15 000 x g, minimální odstředivá síla v horní části kavity alespoň 8 500 x g.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat rotor se 4 lahvemi o objemu 1500 ml? Tím by byla dodržena stejná celková kapacita.

Odpověď:

Zadavatel předně uvádí, že trvá na minimálních požadavcích na předmět veřejné zakázky uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace. Experimentální postupy zadavatele vyžadují pro jejich maximální efektivnost alespoň šest pozic pro centrifugaci vzorků o objemu do 1 l.

Sdělení č. 1:

Zadavatel uvádí, že **ustanovení zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a lhůty pro podání nabídek zůstávají beze změn.**

manažer veřejných zakázek