

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

## **Stolní chlazená centrifuga s příslušenstvím pro Biologický ústav LF MU**

### **Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1**

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 5.9.2022 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace.

- 1) požadujete kapacitu fixního rotoru minimálně 6x500 ml a výkyvného 4x1000ml.

*Zároveň požadujete adaptéry pro výkyvný rotor:*

- 15ml zkumavky (s kapacitou min.36 ks)
- 50ml zkumavky (s kapacitou min.16ks)
- 500ml zkumavky (s kapacitou min.4x)
- pro laboratorní destičky

*Je možné dodat zařízení splňující celkovou kapacitu výkyvného rotoru, včetně dodávky požadovaných adaptérů a vyhovět tak požadavku uživatele, kdy maximální kapacita fixního rotoru bude nižší, celkově 6x250 ml?*

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

**1) Dotaz č. 1:**

*požadujete kapacitu fixního rotoru minimálně 6x500 ml a výkyvného 4x1000ml.*

*Zároveň požadujete adaptéry pro výkyvný rotor:*

- 15ml zkumavky (s kapacitou min.36 ks)
- 50ml zkumavky (s kapacitou min.16ks)
- 500ml zkumavky (s kapacitou min.4x)
- pro laboratorní destičky

*Je možné dodat zařízení splňující celkovou kapacitu výkyvného rotoru, včetně dodávky požadovaných adaptérů a vyhovět tak požadavku uživatele, kdy maximální kapacita fixního rotoru bude nižší, celkově 6x250 ml?*

Odpověď zadavatele:

Požadavek na kapacitu fixního rotoru minimálně 6x500 ml pramení z provozních potřeb zadavatele.

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **nevyhovět žádosti dodavatele a ponechat stanovené technické podmínky beze změn.**

2) **Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.  
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu  
Ing. Marek Buriška  
manažer veřejných zakázek