

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 22.9.2022
Č.j. MU-ZAK/220523/2022/1818419/LF-3

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

Hypoxický inkubátor pro Biologický ústav LF MU II

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 21.9.2022 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

- 1) *Rádi bychom požádali o poskytnutí dodatečné informace a prosíme o odpověď na náš dotaz: Je pro vás přípustné nabídnutí zařízení, které má regulaci CO2 koncentrace minimálně v rozsahu 1-20%, regulace s přesností nejméně $\pm 0,15\%$?*

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

Rádi bychom požádali o poskytnutí dodatečné informace a prosíme o odpověď na náš dotaz: Je pro vás přípustné nabídnutí zařízení, které má regulaci CO2 koncentrace minimálně v rozsahu 1-20%, regulace s přesností nejméně $\pm 0,15\%$?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek, v návaznosti na objektivní skutečnosti uvedené výše, rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **vyhovět žádosti dodavatele a upravit stanovené technické podmínky.**

Zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

CO2 koncentrace	minimálně v rozsahu 1-20%, regulace s přesností nejméně $\pm 0,15\%$,
-----------------	--

- 2) Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č.1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/doplnění zadavatele.

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

3) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - přílohy č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 22.9.2022