

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

Automatický počítač buněk pro Biologický ústav LF MU

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 21.9.2022 byla zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace, následujícího znění:

1. *Ráda bych vznesla dotaz, zda bude akceptován přístroj splňující veškeré technické požadavky, který disponuje pouze manuálním ostřením. Přestože přístroje jiných výrobců umožňují automatické ostření, následné manuální doostření uživatelem je prakticky nutností. Na základě tohoto důvodu, žádáme, aby byl požadavek na automatické ostření vyjmut.*

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

Ráda bych vznesla dotaz, zda bude akceptován přístroj splňující veškeré technické požadavky, který disponuje pouze manuálním ostřením. Přestože přístroje jiných výrobců umožňují automatické ostření, následné manuální doostření uživatelem je prakticky nutností. Na základě tohoto důvodu, žádáme, aby byl požadavek na automatické ostření vyjmut.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek, v návaznosti na skutečnosti uvedené výše, rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **nevyhovět žádosti dodavatele.**

Pouze manuální ostření je pro potřeby zadavatele nedostatečné. Zadavatel požaduje plně automatické ostření nebo automatické ostření s manuálním doostřením (manuální korekci). Pro vyloučení všech pochybností se zadavatel rozhodl v tomto smyslu upravit i stanovené technické podmínky.

Zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

Ostření	Plně automatické ostření nebo automatické ostření s manuálním doostřením (manuální korekci)
---------	---

- 2) Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace

nabízeného plnění“ - přílohy č. 1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/
doplnění zadavatele.

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 3) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 15. 9. 2022 do 13:00 hod. se prodlužuje do 4.10. 2022 do 13:00 hod.

- 4) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - přílohy č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 22.9.2022