

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

UV/Vis spektrofotometr pro Katedru laboratorních metod LF MU

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 20.9.2022 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

- 1) *Je možné, aby výška přístroje byla o 2,3 cm vyšší*
- 2) *Trváte na automatické kalibraci (bez nutnosti pravidelně opakované kalibrace zařízení uživatelem)? Kalibrace námi nabízeného přístroje je potřebná jen výjimečně. Na ověření potřeby kalibrace se však provádí verifikace přístroje, kterou doporučuje provádět prakticky každý výrobce mikroobjemových UV-VIS spektrofotometrů.*

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

Je možné, aby výška přístroje byla o 2,3 cm vyšší

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek, v návaznosti na objektivní skutečnosti uvedené výše, rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **vyhovět žádosti dodavatele a upravit stanovené technické podmínky.**

Zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

Rozměry zařízení	max. 300 mm (š) x 350 mm (v) x 300 mm (d)
-------------------------	--

2) Dotaz č. 1:

Trváte na automatické kalibraci (bez nutnosti pravidelně opakované kalibrace zařízení uživatelem)? Kalibrace námi nabízeného přístroje je potřebná jen výjimečně. Na ověření potřeby kalibrace se však provádí verifikace přístroje, kterou doporučuje provádět prakticky každý výrobce mikroobjemových UV-VIS spektrofotometrů.

Odpověď zadavatele:

ANO, tento požadavek je pro zadavatele podstatný. Zadavatel trvá na podmínce automatické kalibrace, bez nutnosti pravidelně opakované kalibrace zařízení uživatelem.

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **nevyhovět žádosti dodavatele.**

- 3) **Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č. 1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/ doplnění zadavatele.**

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 4) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 27. 9. 2022 do 13:00 hod. se prodlužuje do 4.10. 2022 do 13:00 hod.

- 5) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - přílohy č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 22.9.2022