

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

Hlubokomrazící box pro Ústav patologické fyziologie II

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 26.9.2022 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace.

Jednotlivé dotazy se vztahují k těmto stanoveným technickým podmínkám:

- 1) *rádi bychom vás tímto požádali o poskytnutí dodatečné informace v rámci tohoto VŘ.*

V technických podmínkách a TS nabízeného plnění máte uvedeno:

"Kupující upozorňuje Prodávajícího, že vzhledem k plánovanému umístění Zboží (přístroje), musí být Zboží stěhovatelné vstupním otvorem (dveřmi) o rozměrech 196 x 79 cm

Stěhovatelnost přes tento vstupní otvor musí být možné provést jednoduše a bez nějakých větších technických zásahů na přístroji. Zadavatel ji musí být schopen realizovat vlastními silami, bez závislosti na dodavateli nebo třetí straně a v případě nutnosti montáže/demontáže jakýchkoliv prvků přístroje, pak současně bez jakékoliv vlivu na platnost záruky."

Vzhledem k tomu, že vstupní otvor (dveře) o rozměrech 196 x 79 cm je trošku nestandardní rozměr (běžná šířka dveří je 80 cm) prosíme o možnost přeměření tohoto vstupního otvoru dveří naším servisním technikem.

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

- 1) **Dotaz č. 1:**

rádi bychom vás tímto požádali o poskytnutí dodatečné informace v rámci tohoto VŘ.

V technických podmínkách a TS nabízeného plnění máte uvedeno:

"Kupující upozorňuje Prodávajícího, že vzhledem k plánovanému umístění Zboží (přístroje), musí být Zboží stěhovatelné vstupním otvorem (dveřmi) o rozměrech 196 x 79 cm

Stěhovatelnost přes tento vstupní otvor musí být možné provést jednoduše a bez nějakých větších technických zásahů na přístroji. Zadavatel ji musí být schopen realizovat vlastními silami, bez závislosti na dodavateli nebo třetí straně a v případě nutnosti montáže/demontáže jakýchkoliv prvků přístroje, pak současně bez jakékoliv vlivu na platnost záruky."

Vzhledem k tomu, že vstupní otvor (dveře) o rozměrech 196 x 79 cm je trošku nestandardní rozměr (běžná šířka dveří je 80 cm) prosíme o možnost přeměření tohoto vstupního otvoru dveří naším servisním technikem.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel stanovil požadavek na stěhovatelnost vstupním otvorem (dveřmi) o rozměrech 196 x 79 cm tak, aby plně vyhovoval objektivním potřebám zadavatele. Ze stanovených technických parametrů je zřejmé, že stanovené parametry kopírují standardní rozměry dveřního otvoru 197 x 80 cm. S přihlédnutím k určitým stavebním nepřesnostem je zadavatel pro jistotu stanovil i s tolerancí na 196 x 79 cm, požadováno je tudíž 79

cm a 1 cm rezervní prostor pro protažení dveří (tak aby se bylo možné zajistit bezproblémový průchod daným vstupním otvorem).

Zadavateli se v případě zajištění průchodností dveří nejedná pouze o samotné nastěhování, ale o obecný požadavek na stěhovatelnost dveří o tomto rozměru, a to bez jakéhokoliv omezení, jelikož v dohledné době dojde k přesunu tohoto pracoviště do jiných prostor (v rámci posledních několika let došlo k přesunům tohoto pracoviště/ pracovní skupiny v rámci kampusu opakovaně). Proto je nezbytné, aby byla zajištěna bezpodmínečná stěhovatelnost tohoto zařízení a co největší variabilita, resp. možnost nastěhovat toto zařízení v budoucnu do jakékoliv místnosti zadavatele. Zadavatel tento požadavek stanovil zejména s ohledem na budoucí variabilitu, tedy přeměření dveřního prostoru postrádá v daném okamžiku smysl, jelikož konkrétní vstupní otvor není znám.

2) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek