

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. Michal Boroš / +420 549 49 3220

V Brně, dne 11. 10. 2022

Věc: Veřejná zakázka: Stolní centrifuga**Vysvětlení zadávací dokumentace (1)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dotaz od dodavatele dne 11.10.2022 11:48 hod.

Dotaz:

V technické specifikaci zadavatel uvádí u úhlového rotoru:

Uvedená max. kapacita rotoru je 6 x 250 ml.

Dále zadavatel požaduje dosažitelné RCF úhlového rotoru pro zkumavky 1,5/2 ml alespoň 15 000 g a otáčky nejméně 10000 rpm.

úhlový rotor		
maximální kapacita rotoru alespoň	6 x 250ml	Vyplní dodavatel
dosažitelné RCF úhlového rotoru pro zkumavky 1,5/2 ml alespoň 15 000 g a otáčky nejméně 10000 rpm	ano	Vyplní dodavatel
víčko rotoru zabraňující uvolňování aerosolu	ano	Vyplní dodavatel
adaptéry do rotoru pro zkumavky Falcon 50 ml, celkem alespoň 6 pozic	ano	Vyplní dodavatel

Jakou kapacitu a jaké zkumavky bude zadavatel stáčet v tomto úhlovém rotoru? Předpokládá zadavatel, že v takto velkém rotoru bude stáčet malé 1,5/2 ml zkumavky?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že se jedná o chybu a zřejmou nesprávnost. Zadavatel mění ř. 38 přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace, resp. odstraňuje část textu ve znění „pro zkumavky 1,5/2 ml“. Zadavatel v tomto smyslu uveřejňuje novou verzi přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace pod názvem souboru **01_TS_SCC_v2**.

Sdělení č. 1:

Zadavatel dále uvádí, že s ohledem na povahu změny zadávacích podmínek **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20. 10. 2022 10:00 hod.**

Sdělení č. 2 :

Zadavatel dále uvádí, že ostatní **ustanovení zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh zůstávají beze změn.**

manažer veřejných zakázek