

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 26.10.2022  
Č.j. MU-ZAK/227674/2022/1825837/LF-3

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

## Centrifugy pro LF MU II

### část č. 1 VZ: Centrifuga pro Mikrobiologický ústav LF MU

#### Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 20.9.2022 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

- 1) *Zadavatel ve svém zadání uvádí maximální rozměry centrifugy:*

*v350 x š400 x h550 mm*

*Bude zadavatel akceptovat nabídku centrifugy s rozměry:*

*v351 x š408 x h499 mm.*

*Při dodržení všech ostatních parametrů?*

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

- 1) **Dotaz č. 1:**

*Zadavatel ve svém zadání uvádí maximální rozměry centrifugy:*

*v350 x š400 x h550 mm*

*Bude zadavatel akceptovat nabídku centrifugy s rozměry:*

*v351 x š408 x h499 mm.*

*Při dodržení všech ostatních parametrů?*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek, se rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **vyhovět žádosti dodavatele a upravit stanovené technické podmínky.**

**Zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:**

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Rozměry přístroje | jednotlivé rozměry maximálně (vxšxh) 40x45x55 cm |
|-------------------|--------------------------------------------------|

- 2) **Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č.1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/**

doplnění zadavatele.

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 3) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 31. 10. 2022 do 13:00 hod. se prodlužuje do 7.11. 2022 do 13:00 hod.

- 4) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.  
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu  
Ing. Marek Buriška  
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - přílohy č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 26.10.2022