

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. Michal Boroš / +420 549 49 3220

V Brně, dne 14. 11. 2022

Věc: Veřejná zakázka: Kryo-FIB/SEM mikroskop pro automatickou přípravu buněčných lamel**Vysvětlení zadávací dokumentace (1)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Sdělení č. 1:

Zadavatel uvádí, že opravuje zřejmou chybu a nesprávnost a mění znění řádku 7 sloupce „Požadované technické a funkční vlastnosti: (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky)” přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace. Řádek 7 sloupec „Požadované technické a funkční vlastnosti: (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky)” přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace nově zní: *„Dodaný kryo-FIB/SEM mikroskop a všechny jeho periferní součásti (mimo chladícího zařízení) musí být umístitelné do ideální jedné poloviny místnosti 1S119 budovy E35 (UKB Bohunice, Brno) tak, aby byly dodrženy nejnižší povolené vzdálenosti jednotlivých částí zařízení a zároveň byly umožněny veškeré servisní úkony na přístroji.”*

Sdělení č. 2:

Zadavatel dále uvádí, že mění znění řádku 35 sloupce „Povinný parametr” přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace. Řádek 35 sloupec „Povinný parametr” přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace nově zní: „ano”.

Sdělení č. 3:

Zadavatel dále uvádí, že mění znění řádku 35 sloupce „ Minimální hodnota” přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace. Řádek 35 sloupec „Minimální hodnota” přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace nově zní: „ano”.

Sdělení č. 4:

Zadavatel dále uvádí, že ve smyslu vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 uveřejňuje nové znění přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace pod jménem souboru **01_TS_kryo_v1**.

Sdělení č. 5:

Zadavatel dále uvádí, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 29. 11. 2022 10:00 hod.**

Sdělení č. 6:

Zadavatel dále uvádí, že ostatní **ustanovení zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh zůstávají beze změn.**