

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. Michal Boroš / +420 549 49 3220

V Brně, dne 15. 12. 2022

Věc: Veřejná zakázka: Flowboxy

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dotaz od dodavatele dne 13.12.2022 07:12:46 hod.

Dotaz:

Dobrý den,

Prosíme o odpovědi a poskytnutí dodatečných informací v rámci tohoto VŘ.

Rádi bychom vám nabídli přístroj renomovaného evropského výrobce a proto se ptáme, zda je pro vás přípustné nabídnutí vhodného certifikovaného biohazard boxu, který má vnější šířku 1960 mm, vnější hloubku 855 mm s tím, že tento rozměr lze pro nastěhování redukovat na 780 mm a rozměr u vnitřní hloubky 580 mm?

Děkujeme za odpovědi.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že na základě jemu dostupných prostorových a materiálních podmínek trvá na požadovaných rozměrech přístrojů uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace.

Sdělení č. 1 :

Zadavatel dále uvádí, že **ustanovení zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a lhůty pro podání nabídek zůstávají beze změn.**

manažer veřejných zakázek