

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název:	Sondy k osciloskopům s příslušenstvím FI MU
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Adresa veřejné zakázky:	https://zakazky.muni.cz/vz00006643

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Masarykova univerzita, Fakulta informatiky fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo:	Botanická 68a, 602 00 Brno
IČ:	00216224

ŽÁDOST A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek následující dotaz v rámci žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávacích podmínek:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 3. 1. 2023, 15:41:24

Znění dotazu:

„... máme dotaz k požadovaným technickým parametrům nakupovaných zařízení, konkrétně k položce č. 4 - "2 diferenciální sondy pro měření rychlých signálů například pro ADC převodníky". Zadavatel požaduje "Nízká vstupní kapacita, méně než 0,6pF". Je pro zadavatele akceptovatelná i sonda, jejíž vstupní kapacita sondy může nabývat hodnoty 0,6 pF? Tedy vstupní kapacita sondy bude maximálně 0,6 pF.“

Vysvětlení k dotazu; změna zadávací dokumentace:

Sonda s vstupní kapacitou 0,6 pF je také akceptovatelná. Zadavatel tedy požaduje v dokumentu „Minimální požadavky zadavatele na předmět VZ“ v položce č. 4 „2 diferenciální sondy pro měření rychlých signálů například pro ADC převodníky“: **"Nízká vstupní kapacita 0.6pF, nebo méně než 0,6pF"**.

ZÁVĚR

Zadávací podmínky této veřejné zakázky byly změněny.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením došlo ke změně zadávací dokumentace, je **lhůta pro podání nabídek prodloužena do 24. 1. 2023, 10.00 hod.**

V Brně dne 11. 1. 2023

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
děkan
(podepsáno elektronicky)