

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

Hlubokomrazicí box pro Fyziologický ústav LF MU

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 11.4.2023 byla zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatelů o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace, následujícího znění:

1.

a.). V zadávací technické dokumentaci, je hodnotící kritérium „předpokládaná doba životnosti (roky) xCena za kW (Kč/kWh) x Spotřeba elektrické energie (v kW/24 hod) x 365 dní“

Náš dotaz zní:

a.a.) Jelikož je Spotřeba elektrické energie (v kW/24 hod) jedním z hlavních hodnotících kritérií, předpokládáme, že zadavatel bude požadovat od potencionálního dodavatele jednoznačné prokázání spotřeby elektrické energie, např. doložením certifikátu „ENERGY STAR CERTIFIED“, kterou vydává světová agentura pro životní prostředí EPA, nebo bude tento podstatný údaj uveden v oficiálních přístrojových letácích výrobce, pro nabízený mrazicí box, které jsou volně dostupné na webových stránkách výrobce.

Proto se velmi zdvořile dotazujeme, jestli bude zadavatel od potencionálního dodavatele, velmi striktně požadovat oficiální doložení této hodnoty, takovým to jednoznačným a transparentním způsobem, který vylučuje jakékoliv manipulativní a neověřitelné dokládání této hodnoty, například ve formě čestného prohlášení.

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

a.). V zadávací technické dokumentaci, je hodnotící kritérium „předpokládaná doba životnosti (roky) xCena za kW (Kč/kWh) x Spotřeba elektrické energie (v kW/24 hod) x 365 dní“

Náš dotaz zní:

a.a.) Jelikož je Spotřeba elektrické energie (v kW/24 hod) jedním z hlavních hodnotících kritérií, předpokládáme, že zadavatel bude požadovat od potencionálního dodavatele jednoznačné prokázání spotřeby elektrické energie, např. doložením certifikátu „ENERGY STAR CERTIFIED“, kterou vydává světová agentura pro životní prostředí EPA, nebo bude tento podstatný údaj uveden v oficiálních přístrojových letácích výrobce, pro nabízený mrazicí box, které jsou volně dostupné na webových stránkách výrobce.

Proto se velmi zdvořile dotazujeme, jestli bude zadavatel od potencionálního dodavatele, velmi striktně požadovat oficiální doložení této hodnoty, takovým to jednoznačným a transparentním způsobem, který vylučuje jakékoliv manipulativní a neověřitelné dokládání této hodnoty, například ve formě čestného prohlášení.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v rámci stanovení zadávacích podmínek v dokumentu Zadávací dokumentace na straně č. 5 stanovil, že tyto informace musí vyplývat i z oficiální technické dokumentace výrobce, která musí být předložena v rámci nabídky. Ze stanovení tohoto požadavku jednoznačně vyplývá, že zadavatel bude od dodavatele požadovat oficiální doložení této hodnoty a určitě nebude dostatečné doložení formou čestného prohlášení učiněného dodavatelem.

2) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek