

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. Michal Boroš / +420 549 49 3220

V Brně, dne 14. 4. 2023

Věc: Veřejná zakázka: Centrifuga

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dotaz od dodavatele dne 13.04.2023 12:45 hod.

Dotaz:

Dobrý den,

Rádi bychom v rámci tohoto VŘ požádali o odpovědi na naše následující dotazy a poskytnutí dodatečných informací:

1. Je pro vás přípustné nabídnutí chlazené centrifugy, která má: Minimální otáčky nejvíce 500 rpm?

2. Je pro vás přípustné nabídnutí chlazené centrifugy, která má následující rozměry:

rozměry šířka x hloubka 401 x 695 mm s tím, že bezproblémové umístění na standardní laboratorní stůl je zajištěno
výška s otevřeným víkem 724 mm

3. Je pro vás přípustné nabídnutí chlazené centrifugy, která má:

Maximální hlučnost při chodu s výkyvným nabízeným rotorem 50 dB(A)

Děkujeme za odpovědi.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že na základě prostorových a materiálních podmínek a uživatelského komfortu trvá na požadovaných parametrech věci uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace.

Sdělení č. 1:

Zadavatel dále uvádí, že **ustanovení zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a lhůty pro podání nabídek zůstávají beze změn.**

manažer veřejných zakázek