

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 20.4.2023
MU-ZAK/99134/2023/2010657/LF-1

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

Centrifuga pro Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU**Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1**

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 18.4.2023 byla zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatelů o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace, následujícího znění:

- 1) Akceptoval by zadavatel centrifugu s max. otáčkami 4400 rpm?
- 2) Akceptoval by zadavatel rotor, který má redukční kontejner s kapacitou 2 ks pro 15 ml Falcon zkumavky (tzn. celkem 8 kusů 15 ml Falcon zkumavek na rotor)?

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

Akceptoval by zadavatel centrifugu s max. otáčkami 4400 rpm?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel stanovil technické podmínky s ohledem na své provozní potřeby. Zadavatel se po zvážení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **nevyhovět žádosti dodavatele.**

2) Dotaz č. 2:

Akceptoval by zadavatel rotor, který má redukční kontejner s kapacitou 2 ks pro 15 ml Falcon zkumavky (tzn. celkem 8 kusů 15 ml Falcon zkumavek na rotor)?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel stanovil technické podmínky s ohledem na své provozní potřeby. Centrifuga je určena do praktických cvičení, kde mám zadavatel skupiny po 10 studentech a omezený čas na realizaci praktických cvičení. Z těchto důvodů potřebuje zadavatel centrifugu, kde se stočí min. 10 zkumavek najednou.

Zadavatel se po zvážení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **nevyhovět žádosti dodavatele.**

3) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek