

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

Centrifuga pro Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 24.4. 2023 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace, následujícího znění:

1. bude zadavatel akceptovat redukční kontejner pro 5 zkumavek / kontejner (tedy celkem 20 ks zkumavek na rotor) s kapacitou 10 ml (Nalgene) / 13-14 ml (Sarstedt) místo 15 ml Falcon?
2. je možné nabídnout centrifugu, která má krok nastavení otáček 100 RPM (požadovaných je 10 RPM)?

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

bude zadavatel akceptovat redukční kontejner pro 5 zkumavek / kontejner (tedy celkem 20 ks zkumavek na rotor) s kapacitou 10 ml (Nalgene) / 13-14 ml (Sarstedt) místo 15 ml Falcon?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel stanovením požadavku na zkumavky 15 ml Falcon vymezil minimální standard. Typy zkumavek uvedených zadavatelem uvažuje jako alternativu. Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **vyhovět žádosti dodavatele.**

Zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

Součástí přístroje musí být: 1 ks výkyvný rotor, max RPM min. 4000, 4x100ml, 4 ks závěsná kulatá kyveta 100ml, 4 ks redukční kontejner - 5 zkumavek/1kontejner	celková kapacita rotoru 4x100ml objem kyvety 100ml zkumavky: falcon 15 ml nebo 10 ml (Nalgene) nebo 13-14 ml (Sarstedt) – musí být splněna alespoň jedna z možností
---	--

2) Dotaz č. 2:

je možné nabídnout centrifugu, která má krok nastavení otáček 100 RPM (požadovaných je 10 RPM)? Všechny ostatní parametry centrifuga splňuje.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel stanovil technické podmínky s ohledem na své provozní potřeby. Zadavatel se po zvážení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **nevyhovět žádosti dodavatele.**

- 3) **Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č. 1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/doplnění zadavatele.**

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 4) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 25. 4. 2023 do 13:00 hod. se prodlužuje do 8.5. 2023 do 13:00 hod.

- 5) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - přílohy č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 25.4.2023