

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

„Mikroskopy pro LF MU 2023“

část č. 1 VZ: Mikroskopická sestava pro pokročilé výukové účely nemotorizovaným vzpřímeným optickým mikroskopem s osvětlením v procházejícím světle

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 18.5.2023 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

- 1) Je požadován tubus s dělením světla okuláry:kamera v poměru 50 %:50 %. Přijme zadavatel řešení s jiným poměrem dělení světla, např. 30:70 nebo 20:80?
- 2) Je požadován objektiv 2x–2,5 x, s N. A. min. 0,06, min. semiapochromatický.

Přijme zadavatel nabídku s objektivem planachromatickým pokud takový objektiv splňuje požadované zvětšení i hodnotu N.A., tedy 2x/0.06?

- 3) U PC jsou požadovány minimálně výstupy DVI, HDMI, VGA.

Zejména připojení typu VGA je už dost zastaralé a nabídka grafických karet s tímto výstupem velmi omezená.

Žádáme tímto o přehodnocení (vypuštění) tohoto požadavku, abychom mohli bezpečně splnit další z požadavků na grafickou kartu a to "dostatečně výkonná pro zajištění běhu softwaru pro živý obraz na optimální úrovni (tzn. nikoliv pouze s minimálními požadavky na SW)".

Stanovisko zadavatele na doručenou žádost o dodatečné informace:

1) Dotaz č. 1:

Je požadován tubus s dělením světla okuláry: kamera v poměru 50 %:50 %. Přijme zadavatel řešení s jiným poměrem dělení světla, např. 30:70 nebo 20:80?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky vyhovět žádosti dodavatele. Tedy **dělení obrazu musí být minimálně dvojcestné (vše do okulárů; dělení okuláry:kamera s minimálně 50 % do kamery).**

Zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

Vícepolohová změna optické dráhy s možností kombinovaného výstupu okuláry+kamera, dělení obrazu minimálně	uvede dodavatel
---	-----------------

dvojecenné (vše do okulárů; dělení okuláry:kamera s minimálně 50 % do kamery); možnost trojcestného dělení s přímým 100 % přenosem obrazu do kamery;	
---	--

Vzhledem ke skutečnosti, že tento parametr představuje hodnotící kritérium, zadavatel v tomto duchu upravil i nastavení daného hodnotícího kritéria.

Změny jsou promítnuty do dotčených dokumentů. Konkrétně se jedná o dokumenty Zadávací dokumentace a Formulář nabídky. Tyto aktualizované dokumenty jsou jako příloha součástí tohoto Vysvětlení, změny, doplnění ZD.

2) Dotaz č. 2:

Je požadován objektiv 2x–2,5 x, s N. A. min. 0,06, min. semiapochromatický.

Přijme zadavatel nabídku s objektivem planachromatickým pokud takový objektiv splňuje požadované zvětšení i hodnotu N.A., tedy 2x/0.06?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky vyhovět žádosti dodavatele. Zadavatel akceptuje stanovení objektivu se zvětšením 2x – 2,5x na minimálně planachromatický s minimální numerickou aperturu N.A. 0,06, kdy účastník musí nabídnout minimálně tento typ objektivu s minimální stanovenou hodnotou numerické apertury. V rámci hodnocení pak bude bodově ohodnocen pouze pokud nabídne pro objektiv s daným zvětšením objektiv vyšší třídy (vyšší třídou se rozumí semiapochromatický nebo planapochromatický).

Zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

Objektivy s korekcí na nekonečno, minimálně semiapochromatické s výjimkou objektivu 2x - 2,5x, suché	ANO
1) Objektiv 2x – 2,5 x, N. A. min. 0,06	účastník jasně uvede zda součástí přístroje bude objektiv planachromatický nebo semiapochromatický nebo planapochromatický

Vzhledem ke skutečnosti, že tento parametr představuje hodnotící kritérium, zadavatel v tomto duchu upravil i nastavení daného hodnotícího kritéria.

Nově je bodování pro dané hodnotící kritérium nastaveno takto:

Zadavatel stanovil minimální úroveň splnění tohoto technického parametru u vybraných druhů objektivů níže uvedených na **minimálně planachromatický typ objektivu, kdy účastník musí nabídnout minimálně tento typ objektivu a bodově bude ohodnocen pouze pokud nabídne pro objektiv s daným zvětšením planachromatický nebo semiapochromatický nebo planapochromatický typ objektivu.**

Zadavatel přidělí body na základě následujícího bodového ohodnocení:

A nabízený Objektiv 2x – 2,5x bude:

planachromatický	0 bodů
semiapochromatický	2,5 bodů
planapochromatický	5 bodů

Změny jsou promítnuty do dotčených dokumentů. Konkrétně se jedná o dokumenty Zadávací dokumentace a Formulář nabídky. Tyto aktualizované dokumenty jsou jako příloha součástí tohoto Vysvětlení, změny, doplnění ZD.

3) Dotaz č. 3:

U PC jsou požadovány minimálně výstupy DVI, HDMI, VGA.

Zejména připojení typu VGA je už dost zastaralé a nabídka grafických karet s tímto výstupem velmi omezená.

Žádáme tímto o přehodnocení (vypuštění) tohoto požadavku, abychom mohli bezpečně splnit další z požadavků na grafickou kartu a to "dostatečně výkonná pro zajištění běhu softwaru pro živý obraz na optimální úrovni (tzn. nikoliv pouze s minimálními požadavky na SW)".

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky vyhovět žádosti dodavatele. Výstup VGA není nezbytný.

Zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

Výstupy	minimálně DVI, HDMI
----------------	----------------------------

- 4) **Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č. 1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/ doplnění zadavatele.**

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 5) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 24. 5. 2023 do 13:00 hod. se prodlužuje do 5.6. 2023 do 13:00 hod.

- 6) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Zadávací dokumentace - ze dne 19.5.2023
- 2) Techn. podmínky a Techn. spec. nab. plnění - příloha č. 1 - ze dne 19.5.2023
- 3) Formulář nabídky - ze dne 19.5.2023