

DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 31. 5. 2012

Věc: Dodatečné informace č. 6 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Centrifugy projektu CEITEC II.“**I.****Dotaz a odpověď k části 5 veřejné zakázky**

Zadavatel shora uvedené zakázky obdržel ve dnech 24. a 31.5. 2012 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel tímto poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon), následující dodatečné informace:

Dotaz č. 1

„Ráda bych se informovala ohledně části č. 5, zdali je přípustné pracovní teplotní rozmezí -9°C až +40°C. Rozdíl je pouze v 1°C (požadavek je -10°C až +40°C). Je tento rozdíl pro Vás významný?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje pracovní teplotu v rozmezí uvedeném v technické specifikaci.

II.**Dodatečná informace k již podaným nabídkám a aktualizaci dokladů k prokázání kvalifikace**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 Zákona poskytuje níže uvedenou dodatečnou informaci z vlastního podnětu k okolnosti, že již byly některé nabídky podány v původní lhůtě pro podání nabídek.

Jak již zadavatel uvedl v předchozích dodatečných informacích, uchazeči mohou požádat o vrácení již podaných nabídek anebo je mohou nechat u zadavatele. V případě, že platnost dokumentů k prokázání základních kvalifikačních předpokladů a výpisu z obchodního rejstříku nebude v prodlouženém termínu pro podání nabídek již dostačující (uvedené dokumenty nesmí být starší 90 dní od posledního dne lhůty pro podání nabídek), mohou dodavatelé, kteří se rozhodli ponechat nabídku u zadavatele, v prodlouženém termínu odevzdat pouze aktualizované dokumenty k prokázání kvalifikace v samostatné obálce označené „Kvalifikace – název zakázky“.

S pozdravem,

Mgr. Petr Jelínek
Centrální řídicí struktura projektu CEITEC
Masarykova univerzita