

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

„Mikroskopy pro LF MU 2023“

část č. 1 VZ: Mikroskopická sestava pro pokročilé výukové účely nemotorizovaným vzpřímeným optickým mikroskopem s osvětlením v procházejícím světle

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 1.6.2023 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

- 1) *zadavatel ve své technické specifikaci požaduje kameru se Snímacím čipem/senzorem s úhlopříčkou min. 1". Bude zadavatel akceptovat kameru, která splní všechny ostatní požadované parametry ale snímací čip bude mít úhlopříčku o velikosti 1/1,8" ???*

Stanovisko zadavatele na doručenou žádost o dodatečné informace:

1) Dotaz č. 1:

zadavatel ve své technické specifikaci požaduje kameru se Snímacím čipem/senzorem s úhlopříčkou min. 1". Bude zadavatel akceptovat kameru, která splní všechny ostatní požadované parametry ale snímací čip bude mít úhlopříčku o velikosti 1/1,8" ???

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky vyhovět žádosti dodavatele. V této souvislosti se zadavatel rozhodl upravit stanovené technické podmínky a snímací čip/senzor musí mít úhlopříčku minimálně 0,5" (palce)

Zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

Snímací čip/senzor	s úhlopříčkou min. 0,5"
---------------------------	--------------------------------

- 2) Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č.1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/doplnění zadavatele.

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 3) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 5. 6. 2023 do 13:00 hod. se prodlužuje do 20.6. 2023 do 13:00 hod.

- 4) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Techn. podmínky a Techn. spec. nab. plnění - příloha č. 1 - ze dne 2.6.2023