

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

## Dewarova nádoba pro Biologický ústav LF MU - výzkumná skupina Lenky Bešše

### Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 21.7. 2023 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace, následujícího znění:

*prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace v následujících bodech:*

- 1) *Požadujete odpar méně než 0,7 l/den a s tím související výdrž minimálně 240 dní. Bylo by možné tyto požadavky přehodnotit a umožnit tak účast dodavatelům, nabízejícím Dewarovy nádoby s odparem méně než 1 litr/den a výdrží 185 dní?*
- 2) *Požadujete monitoring výšky hladiny pomocí teplotních čidel. Moderní systémy využívají ultrazvukové měření výšky hladiny. Bylo by možné nabídnout Dewarovu nádobu s ultrazvukovým měřením výšky hladiny?*

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

#### 1) Dotaz č. 1:

*Požadujete odpar méně než 0,7 l/den a s tím související výdrž minimálně 240 dní. Bylo by možné tyto požadavky přehodnotit a umožnit tak účast dodavatelům, nabízejícím Dewarovy nádoby s odparem méně než 1 litr/den a výdrží 185 dní?*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel stanovil technické podmínky s ohledem na své provozní potřeby. Zadavatel se po zvážení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **nevyhovět žádosti dodavatele.**

#### 2) Dotaz č. 2:

*Požadujete monitoring výšky hladiny pomocí teplotních čidel. Moderní systémy využívají ultrazvukové měření výšky hladiny. Bylo by možné nabídnout Dewarovu nádobu s ultrazvukovým měřením výšky hladiny?*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **vyhovět žádosti dodavatele.**

**Zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:**

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Systém umožňující monitoring výšky hladiny dusíku včetně alarmu</b></p> | <p>ANO, systém automatického monitoringu například prostřednictvím teplotních senzorů nebo prostřednictvím ultrazvuku, případně dalším obdobným způsobem</p> <p>Účastník v rámci zpracování nabídky uvede technologii/ technické řešení, jakým je automatický monitoring výšky hladiny zajištěn</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 3) Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č.1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/ doplnění zadavatele.

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 4) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 1. 8. 2023 do 14:00 hod. se prodlužuje do 7.8. 2023 do 13:00 hod.

- 5) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.  
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu  
Ing. Marek Buriška  
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - přílohy č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 24.7.2023