

Technická specifikace

Ultrazvukové přístroje

Tato veřejná zakázka je rozdělena na tři části. Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky, vždy však musí splnit všechny požadavky zadavatele pro tu část veřejné zakázky, do které podává nabídku. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

Část 3 VZ:

3.1 Kompaktní sonografický přístroj

Kompaktní přenosný sonografický přístroj na bázi tabletu s barevnou zobrazovací jednotkou a lineární sondou.

Počet kusů: 1 (+1 ks opce)

Minimální požadavky:

- frekvenční rozsah min. 4-12 MHz;
- M-mód, barevný rychlostní Doppler, pulzní Doppler, kompaundní zobrazení;
- integrovaný systém pro redukci ultrazvukových speklí (šumu);
- automatická optimalizace obrazu;
- dotykový LCD monitor ovládací a zobrazovací jednotky, a to ve velikosti v intervalu min. 8" a max. 13" s min. HD rozlišením;
- paměťová kapacita min. 128 GB (interní paměť nebo kombinace interní paměti a kompatibilní paměťové karty);
- WiFi konektivita, kompatibilita DICOM 3.0;
- ukládání a export obrázků a smyček;
- lineární sonda, frekvenční rozsah min. 4 – 12 MHz, šířka max. 4 cm;
- možnost doplnění kompatibilní konvexní sondy;
- hmotnost sondy max. 200 g;
- možný provoz na baterii bez nutnosti dobíjení min. 5 hod.;
- obal pro bezpečné uložení a transport.