

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

Centrifugy pro Biologický ústav LF MU - výzkumná skupina Lenky Bešše

část č. 2 VZ: Malá chlazená stolní centrifuga

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 25.7. 2023 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace, následujícího znění:

1) Bude zadavatel akceptovat váhu centrifugy (bez rotoru) 43 kg?

2) Zadavatel požaduje: Nastavení akceleraace a deceleraace: min. 5 stupňů akceleraace, min. min. 5 stupňů deceleraace

Bude zadavatel akceptovat centrifugu s funkcí SOFT ramp – kdy je možnost zapnout nebo vypnout funkci pomalého zrychlování/brždění rotoru

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat váhu centrifugy (bez rotoru) 43 kg?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel stanovil technické podmínky s ohledem na své provozní potřeby. Zadavatel se po zvážení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **nevyhovět žádosti dodavatele.**

2) Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje: Nastavení akceleraace a deceleraace: min. 5 stupňů akceleraace, min. min. 5 stupňů deceleraace

Bude zadavatel akceptovat centrifugu s funkcí SOFT ramp – kdy je možnost zapnout nebo vypnout funkci pomalého zrychlování/brždění rotoru

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **vyhovět žádosti dodavatele.**

Zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

Nastavení akcelerace a decelerace	min. 5 stupňů akcelerace a min. 5 stupňů decelerace nebo možnost zapnout a vypnout funkci pomalého zrychlování/brždění rotoru.
-----------------------------------	--

- 3) Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č. 1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/doplnění zadavatele.

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 4) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 1. 8. 2023 do 14:00 hod. se prodlužuje do 7.8. 2023 do 13:00 hod.

- 5) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - přílohy č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 26.7.2023