

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

Centrifugy pro Biologický ústav LF MU - výzkumná skupina Lenky Bešše

část č. 2 VZ: Malá chlazená stolní centrifuga

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 1.8. 2023 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace, následujícího znění:

- 1) *Zadavatel požaduje: rotor s kapacitou 24x2ml mikrozkušavek s možností centrifugace otevřených mikrozkušavek. Bude akceptován i rotor o této kapacitě, ale bez možnosti centrifugace otevřených mikrozkušavek?*

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) **Dotaz č. 1:**

Zadavatel požaduje: rotor s kapacitou 24x2ml mikrozkušavek s možností centrifugace otevřených mikrozkušavek. Bude akceptován i rotor o této kapacitě, ale bez možnosti centrifugace otevřených mikrozkušavek?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel stanovil technické podmínky s ohledem na své provozní potřeby. Zadavatel v rámci využití přístroje plánuje používat rovněž zkumavky s inzertami, které jsou otevřené. Zadavatel se po zvážení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **nevyhovět žádosti dodavatele.**

2) **Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek