

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: Laminární a PCR boxy

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Zjednodušené podlimitní řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006908>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce, **části 1 Boxy s laminárním prouděním vzduchu (biohazard boxy) (8 ks)**, uveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel dne 26.9.2023 v 22:13:26 prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání zakázek na Masarykově univerzitě E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

Dobrý den, rádi bychom se účastnili této veřejné zakázky. Dovolte mi doplňující dotazy k části 1 (boxy s laminárním prouděním).

- U boxů s laminárním prouděním – A (5 ks) požadujete max. vnější šířku boxu 1600 mm. Bude akceptovaná šířka boxu 1630 mm (2% odchylka od 1600 mm)? Námi navrhovaný box disponuje zabudovanými vstupy pro média z vrchní strany boxu. Ventily jsou pak standardně umístěny na zadní stěně. Díky tomu mohou boxy blíže přiléhat k okolnímu nábytku, či stěnám.

- Rád bych se zeptal, zda si prosím budete trvat na nutnosti podstavce s nastavitelnou výškou 800 – 900 mm? Volba nastavení výšky u takového podstavce se vybírá před samotnou instalací boxu. Jakmile je box na podstavci, nelze výšku již měnit. Obě limitní výšky jsou určeny pro práci v sedě. V laboratořích budou pracovat jistě pracovníci s různou výškou postavy. Z toho důvodu budou laboratoře jistě vybaveny výškově stavitelnými židlemi. Bude nám akceptována nabídka s klasickým podstavcem pro práci v sedě o výšce 820 mm? Drobná korekce (10 mm) lze učinit pomocí vyrovnávacích nožiček.

- U laminárních boxů požadujete dělenou pracovní plochu na 4 (resp. 3) segmenty, přičemž ze zadání vyplývá, že všechny segmenty musí mít stejnou šířku. Námi nabízené boxy mají krajní segmenty o něco užší než ty zbylé středové. Bylo by možné nabídnout boxy s takto nerovnoměrně dělenými segmenty za předpokladu, že širší segmenty nepřesahují hmotnost 2,5 kg a je s nimi velice snadná manipulace?

- Požadujete min. dvě nastavitelné pozice výšky pracovního otvoru bez použití nástroje, a to 200 mm a 250 mm s odchylkou ± 10 mm. Námi navrhovaný box disponuje libovolnou nastavitelnou pracovní výškou otvoru v rozmezí 160 – 250 mm, přičemž vždy je garantováno splnění požadavků dle ČSN EN 12469. V našem případě postrádá smysl uvedení odchylky ± 10 mm, jelikož zvolená pracovní výška je libovolná plynulým posouváním předního okna, dle volby uživatele. Prosíme o vyškrtnutí odchylky ± 10 mm, jelikož tento parametr není jak uchopit.

- Požadujete jako součást boxu minimálně dvě vyjímatelné a dezinfikovatelné opěrky na ruce s výškou v maximálním rozsahu 30-50 mm umístitelné před pracovní plochu, tak aby bylo možno box plně uzavřít s instalovanými opěrkami. Námi nabízené boxy mají jednu opěrku přes celou šířku pracovního prostoru. Bude nám tato varianta akceptována?

Odpověď zadavatele:

- Popsané řešení není pro zadavatele akceptovatelné, protože se týká i prostupů do boxů. Požadované prostupy nelze nahradit pevně namontovanými ventily na zadní straně, protože prostupy budou využity primárně jako prostupy pro kabeláž k některým přístrojům nebo jako prostup pro gumové/silikonové hadice. Montáž ventilů (plyn, tlakový vzduch atd.) ani v budoucnu nepředpokládáme.
- Požadavek na nastavitelnou výšku není požadována z důvodu ergonomie sezení pracovníka, ale výška v tomto rozsahu je nutná z důvodu zajištění prostupů do boxu. Je potřeba, aby boxy rozumně navazovaly na pracovní plochu u boxů, která se pohybuje mezi 85-103 cm. Konkrétně v případě výšky podstavy 82 cm se lze domnívat, že boční prostupy do boxu by již mohly být v některých případech z části nebo úplně blokovány pracovní plochou vedle boxu. Výšku podstavy bude tedy nutné upravit až na místě podle konkrétního umístění. Korekce 10 mm pro vyrovnání nerovností podlahy není tedy dostatečná.
- Definice "o něco užší" není zrovna dobře vyhodnotitelný údaj. V principu lze takové řešení akceptovat, pokud bude s takovými díly snadná manipulace.
- Parametr zadavatel zamýšlel tak, aby okno umožňovalo dvě odlišné pracovní výšky. První pracovní výška v rozsahu 190-210 mm (200 $\pm$ 10 mm) a druhá v rozsahu 240-260 mm (250 $\pm$ 10 mm). Pokud box může pracovat v širším rozsahu pracovních poloh, tak tento parametr splňuje.
- Vzhledem k nedostatku informací o přesné šířce opěrky toto řešení nemůžeme akceptovat. Opěrka přes celou šířku pracovní plochy znesnadní nebo neumožní řádnou manipulaci při vkládání materiálu a pomůcek do boxu, protože box bude mít v celé své šířce sníženou manipulační výšku o 30-50 mm a bylo by nutné při téměř každé práci v boxu manipulovat s opěrkou hned několikrát.

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel trvá na znění zadávacích podmínek.

V Brně dne 2. 10. 2023

Mgr. Pavel Vicherek
manažer veřejných zakázek

