

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.2

Identifikace veřejné zakázky

Název: Laminární a PCR boxy

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Zjednodušené podlimitní řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006908>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce, **části 1 Boxy s laminárním prouděním vzduchu (biohazard boxy) (8 ks)**, uveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel dne 3.10.2023 v 16:02:42 prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání zakázek na Masarykově univerzitě E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

Dobrý den, dovoluji mi doplňující dotazy k části 1 (boxy s laminárním prouděním):

- Je akceptovatelná nabídka boxu s vnější šířkou 1630 mm (u boxu s požadovanou vnější šířkou 1600 mm)
- Je akceptovatelná pevná výška podstavce (820 mm) pokud postranní vstupy pro média je možné umístit do libovolné pozice dle požadavků uživatele?
- Je akceptovatelná nabídka boxu s částmi plochy s rozdílnou šířkou, pokud je zachována snadná manipulace?

Odpověď zadavatele:

- Řešení s vnější šířkou více jak 1600 mm nebude akceptováno. Změna maximálních rozměrů by v některých stávajících i plánovaných prostorech vedla k nutnosti náhrady části laboratorního nábytku za atypický

rozměrově přijatelný nebo k dalším nutným stavebním úpravám (např. přesun tlakových lahví a s tím související úpravy rozvodů plynů).

- Navrhované řešení nelze akceptovat. Polohu postranních vstupů bude nutné upravit na místě podle konkrétních podmínek a individuálně. Nelze specifikovat polohu otvoru před samotnou instalací, aby mohly být boční skla vyrobeny na míru před dodáním. Část přístrojů bude mít přechodné umístění a následně se budou stěhovat do nových prostor.
- Ano, v principu lze takové řešení akceptovat, pokud bude s takovými díly snadná manipulace.

Zadavatel zároveň dodavatele upozorňuje, že písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla podána včas, ale až po uplynutí lhůty stanovené v § 98 odst.3 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel trvá na znění zadávacích podmínek.

V Brně dne 4. 10. 2023

Mgr. Pavel Vicherek
manažer veřejných zakázek