

Technická specifikace

Zdravotnické modely a trenažéry (MUNI 3.2.1)

Tato veřejná zakázka je rozdělena na šest částí. Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky, vždy však musí splnit všechny požadavky zadavatele pro tu část veřejné zakázky, do které podává nabídku. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

Část 4 VZ:

4.1 Transilluminátor

Počet kusů: 2

Minimální požadavky:

- přístroj pro zobrazení žil (povrchových i hloubkových) u všech věkových kategorií;
- přenosný, kapesní „vyhledávač“ žil;
- velká pozorovací oblast (pracovní plocha pozorovací oblasti v nejširší části min. 2 cm), výběr barev a vysoký kontrast zobrazení (min. 32 LED diod, z toho 24 oranžových a 8 červených, nebo kvalitativně obdobné řešení);
- nabíjecí kabel a dobíjecí baterie součástí dodávky;
- snadná manipulace a údržba;
- ochranné pouzdro na přístroj součástí dodávky;