

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. Michal Boroš / +420 549 49 3220

V Brně, dne 1. 11. 2023

Věc: Veřejná zakázka: Třepačka

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

Na základě obdržené výzvy k veřejné zakázce Vás žádám o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Níže zasíláme naše dotazy:

V technické specifikaci zadavatel požaduje splnění parametru:

Viz TS: Součástí dodávky je roznosná deska ocelová s povrchovou úpravou proti korozi a nátěrem v barvě šedé se zaoblenými rohy a hranami, síla desky 1cm, rozměry 200 x 100 cm

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat roznosnou desku z nerezové oceli?

Odpověď č. 1:

Zadavatel uvádí, že připouští použití nerezové roznosné desky bez dodatečné povrchové úpravy lakováním jako plnohodnotné náhrady desky ocelové s povrchovou úpravou proti korozi a nátěrem v barvě šedé, při zachování rozměrů desky. Zadavatel v tomto smyslu uveřejňuje nové znění přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace pod názvem souboru **01_TS_TT_v2**.

Sdělení č. 1:

Zadavatel dále uvádí, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **13. 11. 2023 10:00 hod.**

Sdělení č. 2:

Zadavatel dále uvádí, že ostatní **ustanovení zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh zůstávají beze změn.**

manažer veřejných zakázek