

Technická specifikace

Zdravotnické přístroje – Infuzní technika, EKG a pumpa pro enterální výživu (MUNI 3.2.1)

Tato veřejná zakázka je rozdělena na tři části. Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky, vždy však musí splnit všechny požadavky zadavatele pro tu část veřejné zakázky, do které podává nabídku. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

Část 3 VZ – Pumpy pro podání enterální výživy:

3.1 Pumpa pro podávání enterální výživy

Počet kusů: 2

Minimální požadavky:

- přenosná pumpa pro enterální výživu;
- ergonomická;
- ideálně s moderním dizajnem (jedná se o preferenci zadavatele, nikoli podmínku);
- možnost nastavení aplikace výživy přes LCD display;
- akustické a vizuální alarmy (min. detekce vzduchové okluze, vybíjející se baterie, ukončení podávání výživy);
- nastavitelné programy – kontinuální a intervalové podávání výživy, paměťová funkce, informace o průběhu a podávání výživy;
- nabíjecí baterie a síťový adaptér.