

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

Identifikace veřejné zakázky

Název: Centrifuga a PCR cyclery
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006984>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 8. 11. 2023 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dobrý den,

prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace pro část 1 - Centrifugy.

Požadujete hmotnost zařízení bez rotoru maximálně 105 kg.

Je možné nabídnout zařízení s hmotností nepřesahující 120 kg?

Vyšší hmotnost je daná robustní konstrukcí, která přispívá k vyšší stabilitě a odolnosti zařízení. Domníváme se, že můžeme nabídnout zařízení splňující veškeré funkční parametry.

Požadujete výšku centrifugy s otevřeným víkem do 80 cm.

Je možné nabídnout zařízení s výškou horní hrany centrifugy cca 36 cm, s otevřeným víkem 86 cm?

Domníváme se, že můžeme nabídnout funkčně a uživatelsky kvalitní zařízení, kdy požadavek na výšku s otevřeným víkem je s minimální odchylkou od námi nabízeného řešení.

Předem děkujeme za vaše odpovědi.“

2. ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Zadavatel trvá na stávajícím požadavku, že hmotnost zařízení bez rotoru musí být maximálně 105 kg. Maximálně přípustná hmotnost centrifugy bez rotoru je stanovena podle nosnosti laboratorního nábytku, na kterém zadavatel plánuje centrifugu umístit. Nelze proto připustit navýšení daného parametru.

Zadavatel rovněž trvá i na stávajícím požadavku, že výška centrifugy s otevřeným víkem musí být do 80 cm. Výška centrifugy v otevřeném stavu je určena prostorovými možnostmi laboratoře, do které je umístění centrifugy naplánováno; maximální výška centrifugy v otevřeném stavu je omezení laboratorním nábytkem nad centrifugou. Jedná se tedy o maximálně možný limit, nelze proto připustit navýšení daného parametru.

Zadávací podmínky se tímto Vysvětlením zadávací dokumentace nemění.

V Brně dne 8. 11. 2023

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek