

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (2)

Identifikace veřejné zakázky

Název: Centrifuga a PCR cyclery
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006984>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 9. 11. 2023 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dobrý den,

rádi bychom tímto požádali o poskytnutí dodatečné informace a prosíme o odpověď na náš dotaz u části 1 u Chlazené multifunkční centrifugy s výměnnými rotory.

V TS máte uvedený požadavek- hmotnost bez rotoru do 105 kg

K tomuto máme dotaz: Je pro vás přípustné zařízení, které má dle výrobce váhu bez rotoru cca. 117 kg tedy cca 10% rozdíl proti původnímu požadavku?

Děkujeme za odpověď.“

2. ODPOVĚĚ ZADAVATELE

Zadavatel ve své odpovědi odkazuje na včera uveřejněné Vysvětlení ZD č. 1, kde odpovídal na obdobný dotaz následovně:

„Zadavatel trvá na stávajícím požadavku, že hmotnost zařízení bez rotoru musí být maximálně 105 kg. Maximálně přípustná hmotnost centrifugy bez rotoru je stanovena podle nosnosti laboratorního nábytku, na kterém zadavatel plánuje centrifugu umístit. Nelze proto připustit navýšení daného parametru.“

Zadávací podmínky se tímto Vysvětlením zadávací dokumentace nemění.

V Brně dne 9. 11. 2023

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek