

Technická specifikace

Nemocniční lůžka a rehabilitační lehátka s příslušenstvím (MUNI 3.2.1)

Tato veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky, vždy však musí splnit všechny požadavky zadavatele pro tu část veřejné zakázky, do které podává nabídku. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat konkrétní barevnou kombinaci jednotlivých položek ze vzorníku barev výrobců daných položek. Účastník je povinen za tímto účelem v rámci své nabídky **předložit zadavateli barevné vzorníky** k jednotlivým položkám. (Pozn.: Veškeré barevné kombinace jednotlivých položek dle vzorníku barev výrobců jsou součástí nabídkové ceny.)

Část 2 VZ – Rehabilitační lehátka pro fyzioterapeuty:

2.1 Elektrická výuková lehátka pro fyzioterapeuty

Počet kusů: 2

Minimální požadavky:

- jednoduché rehabilitační lehátko s elektrickým nastavením výšky stolu;
- mobilní dvoudílné lehátko (ložní plocha a hlavový díl), vhodné rovněž jako masážní nebo vyšetřovací lehátko;
- elektricky nastavitelná výška min. v rozmezí 60 - 80 cm;
- nožní ovladač zdvihového elektromotoru součástí konstrukce lehátka;
- sklon hlavového dílu nastavitelný (nahoru a dolů) hydraulicky resp. plynovou vzpěrrou, min. v rozsahu +/- 45°;
- rozměry: délka (ložní plocha + hlavový díl) 190 – 210 cm, z toho ložní plocha 150-160 cm, šířka 65 – 70 cm;
- maximální zátěž lehátka min. 180 kg;
- v hlavovém dílu ústní otvor s krytem;
- mechanicky i vodě odolné, snadno omyvatelné provedení ložní plochy;
- kolečka o průměru min. 10 cm;
- Zadavatel si vyhrazuje právo výběru barevné varianty konstrukce a polstrování lehátka z barevných vzorníků výrobce; účastník v rámci technického popisu nabízeného produktu předloží vzorník dostupných barev produktu.

2.2 Hydraulická výuková lehátka pro fyzioterapeuty

Počet kusů: 10

Minimální požadavky:

- jednoduché rehabilitační lehátko s hydraulickým nastavením výšky stolu;

- mobilní dvoudílné lehátko (ložní plocha a hlavový díl), vhodné rovněž jako masážní nebo vyšetřovací lehátko;
- hydraulicky nastavitelná výška min. v rozmezí 60 - 80 cm;
- sklon hlavového dílu nastavitelný (nahoru a dolů) hydraulicky resp. plynovou vzpěrou, min. v rozsahu +/- 45°;
- rozměry: délka (ložní plocha + hlavový díl) 190 – 210 cm, z toho ložní plocha 150-160 cm, šířka 65 – 70 cm;
- maximální zátěž lehátka min. 180 kg;
- v hlavovém dílu ústní otvor s krytem;
- mechanicky i vodě odolné, snadno omyvatelné provedení ložní plochy;
- kolečka o průměru min. 10 cm;
- Zadavatel si vyhrazuje právo výběru barevné varianty konstrukce a polstrování lehátka z barevných vzorníků výrobce; účastník v rámci technického popisu nabízeného produktu předloží vzorník dostupných barev produktu.