

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. Michal Boroš / +420 549 49 3220

V Brně, dne 13. 11. 2023

Věc: Veřejná zakázka: Hlubokomrazící boxy

Vysvětlení zadávací dokumentace (2)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz č. 1:

V rámci technické specifikace požadujete duální chladicí systém tvořený dvěma nezávislými chladicími okruhy s vlastními kompresory, při výpadku jednoho chladicího okruhu je druhý okruh funkční a je schopen udržet dlouhodobě teplotu -75°C nebo nižší v celém prostoru mrazícího boxu.

Dotaz č.1: Je možné nabídnout řešení s duálním systémem chlazení, kdy druhý, funkční, okruh je schopen dlouhodobě udržet teplotu -70°C v celém prostoru boxu?

Domníváme se, že se jedná o typické technické řešení, navíc v kombinaci s Vaším požadavkem na CO2 zálohování součástí dodávky je námi nabízené řešení plně dostačující.

Odpověď č. 1:

Zadavatel definoval v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace svoje minimální požadavky na hlubokomrazící box, bude tedy akceptovat jakékoli řešení splňující alespoň všechny definované minimální požadavky uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace i řešení svými vlastnostmi tyto požadavky převyšující.

Dotaz č. 2:

Dále požadujete denní spotřebu elektrické energie nižší než 15 kWh/24hod.

Dotaz č.2: Je možné nabídnout hlubokomrazící box se spotřebou elektrické energie nižší než 17,5 kWh/24hod?

Domníváme se, že při požadovaném objemu boxu alespoň 800 litrů se jedná o typickou spotřebu elektrické energie počítanou při maximálním zatížení boxu a nastavení teploty -80°C.

Odpověď č. 2:

Zadavatel definoval v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace svoje minimální požadavky na hlubokomrazící box, bude tedy akceptovat jakékoli řešení splňující alespoň všechny definované minimální požadavky uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace i řešení svými vlastnostmi tyto požadavky převyšující.

Sdělení č. 1:

Zadavatel dále uvádí, že **ustanovení zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a lhůty pro podání nabídek zůstávají beze změn.**

manažer veřejných zakázek