

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. Michal Boroš / +420 549 49 3220

V Brně, dne 15. 11. 2023

Věc: Veřejná zakázka: Centrifugy

Vysvětlení zadávací dokumentace (2)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz č. 1:

Ad) Konfigurace 1

Požadujete nastavitelná rychlost akcelerace/brždění alespoň v 10/10 krocích

Je možné nabídnout zařízení s 9 stupni akcelerace, 10 stupňů brždění?

Domnívám se, že můžeme nabídnout alternativní řešení, které nemá vliv na funkci a nelimituje uživatele v zamýšleném účelu použití.

Odpověď 1:

Zadavatel definoval v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace svoje minimální požadavky na přístroj, bude tedy akceptovat jakékoli řešení splňující alespoň všechny definované minimální požadavky uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace i řešení svými vlastnostmi tyto požadavky převyšující.

Dotaz č. 2:

Požadujete otáčky u výkyvného rotoru alespoň 4500 ot/min a 4 200xg.

Je možné nabídnout zařízení s výkonem pro výkyvný rotor 4200 ot/min a více než 4120 xg?

Domnívám se, že můžeme nabídnout alternativní řešení, které nemá vliv na funkci a nelimituje uživatele v zamýšleném účelu použití.

Odpověď 2:

Zadavatel definoval v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace svoje minimální požadavky na přístroj, bude tedy akceptovat jakékoli řešení splňující alespoň všechny definované minimální požadavky uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace i řešení svými vlastnostmi tyto požadavky převyšující.

Dotaz č. 3:

Ad) Konfigurace 2

Požadujete maximální půdorysné rozměry šxh: 30 x 50 cm

Je možné nabídnout zařízení o půdorysných rozměrech nepřesahující šířku 48 cm a hloubku 67 cm?

Z důvodu požadavku na chlazení jsou typicky rozměry zařízení větší, domníváme se tedy, že můžeme nabídnout technicky rovnocenné řešení, které nemá vliv na funkci a účel používání.

Odpověď 3:

Zadavatel definoval v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace svoje minimální požadavky na přístroj, bude tedy akceptovat jakékoli řešení splňující alespoň všechny definované minimální požadavky uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace i řešení svými vlastnostmi tyto požadavky převyšující.

Dotaz č. 4:

Ad) Konfigurace 3

Požadujete maximální půdorysné rozměry šxh: 30 x 40 cm

Je možné nabídnout zařízení o půdorysných rozměrech nepřesahující šířku 48 cm a hloubku 67 cm?

Z důvodu požadavku na chlazení jsou typicky rozměry zařízení větší. Domníváme se tedy, že můžeme nabídnout technicky rovnocenné řešení, které nemá vliv na funkci a účel používání.

Odpověď 4:

Zadavatel definoval v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace svoje minimální požadavky na přístroj, bude tedy akceptovat jakékoli řešení splňující alespoň všechny definované minimální požadavky uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace i řešení svými vlastnostmi tyto požadavky převyšující.

Sdělení č. 1:

Zadavatel uvádí, že ustanovení **zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a lhůty pro podání nabídek zůstávají beze změn.**

manažer veřejných zakázek