

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

CAD CAM skenery pro Stomatologickou kliniku LF MU

část č. 1 VZ: Ordinační intraorální skener – typ I

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 3

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK tímto zasílá dodavatelům vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace, následujícího znění::

- 1) Zadavatel v rámci stanovení technických podmínek, konkrétně v dokumentu „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ požadoval.

možnost propojení s 3D panoramatickým rentgenem (zadavatel disponuje rentgenem Planmeca ProX ProSenzorHD),	
--	--

Zadavatel v rámci dodatečného posouzení stanovených technických podmínek se rozhodl tento požadavek ze stanovených technických podmínek tento parametr nepožadovat.

- 2) Zadavatel v rámci stanovení technických podmínek, konkrétně v dokumentu „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ požadoval.

výstup dat	min. ve formátech STL, CAM, LAB a DVX
------------	---------------------------------------

Zadavatel v rámci dodatečného posouzení stanovených technických podmínek se rozhodl tento požadavek upravit.

Zadavatel **nově stanovil (vymezil)** technické podmínky pro **dotčené parametry** (stanovené technické podmínky) **požadovaného přístroje následujícím způsobem:**

výstup dat	min. ve formátech STL, CAM a DXD
------------	----------------------------------

- 3) Zadavatel v rámci stanovení technických podmínek, konkrétně v dokumentu „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ požadoval.

umožňuje modelovat: korunky, můstky, fasety, inlaye, onlaye, práce na implantáty, modely, zásuvné spoje, teleskopické korunky, šablony pro navigovanou implantologii, návrh smile designu	
---	--

Zadavatel se v rámci stanovení tohoto požadavku dopustil písařské chyby, kdy nedopatřením neuvedl, že tento požadavek musí být splněn.

Nově tedy požadavek zní:

umožňuje modelovat: korunky, můstky, fasety, inlaye, onlaye, práce na implantáty, modely, zásuvné spoje, teleskopické korunky, šablony pro navigovanou implantologii, návrh smile designu	ANO
---	-----

- 4) **Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č. 1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/doplnění zadavatele.**

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 5) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 28. 11. 2023 do 13:00 hod. se prodlužuje do 29.11. 2023 do 13:00 hod.

- 6) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek