

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

CAD CAM skenery pro Stomatologickou kliniku LF MU

část č. 2 VZ: Ordinační intraorální skener – typ II

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 3

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK tímto zasílá dodavatelům vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace, následujícího znění:

Položka č. 1 Ordinační intraorální skener

- 1) Zadavatel v rámci stanovení technických podmínek, konkrétně v dokumentu „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ požadoval.

radiový modul pro frézy MCXL	ANO
------------------------------	-----

Zadavatel v rámci dodatečného posouzení stanovených technických podmínek se rozhodl tento požadavek upravit.

Zadavatel **nově stanovil (vymezil)** technické podmínky pro **dotčené parametry** (stanovené technické podmínky) **požadovaného přístroje následujícím způsobem:**

modul pro frézy MCXL	ANO, bezdrátově připojený
----------------------	----------------------------------

- 2) Zadavatel v rámci stanovení technických podmínek, konkrétně v dokumentu „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ požadoval.

možnost propojení s 3D panoramatickým rentgenem (zadavatel disponuje rentgenem Planmeca ProX ProSenzorHD),	
--	--

Zadavatel v rámci dodatečného posouzení stanovených technických podmínek se rozhodl tento požadavek ze stanovených technických podmínek tento parametr nepožadovat.

- 3) Zadavatel v rámci stanovení technických podmínek, konkrétně v dokumentu „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ požadoval.

výstup dat	min. ve formátech STL, CAM, LAB a DVX
------------	---------------------------------------

Zadavatel v rámci dodatečného posouzení stanovených technických podmínek se rozhodl tento požadavek upravit.

Zadavatel **nově stanovil (vymezil)** technické podmínky pro **dotčené parametry** (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

výstup dat	1) min. ve formátech STL, CAM a DXD 2) LAB nebo i.LAB oba body požadavku musí být splněny
------------	--

Položka č. 2 Notebook se softwarem na zobrazení, tvorbu a editaci 3D stomatologických modelů, práci s daty získanými z ordinačního intraorálního skeneru

- 4) Zadavatel v rámci stanovení technických podmínek, konkrétně v dokumentu „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ požadoval.

Grafická karta	PassMark G3D GPU skóre alespoň 7000 bodů (viz https://www.videocardbenchmark.net/)
----------------	--

Zadavatel v rámci dodatečného posouzení stanovených technických podmínek se rozhodl tento požadavek upravit.

Zadavatel **nově stanovil (vymezil)** technické podmínky pro **dotčené parametry** (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

Grafická karta	PassMark G3D GPU skóre alespoň 6500 bodů (viz https://www.videocardbenchmark.net/)
----------------	---

- 5) Zadavatel v rámci stanovení technických podmínek, konkrétně v dokumentu „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ požadoval.

možnost propojení s 3D panoramatickým rentgenem (zadavatel disponuje rentgenem Planmeca ProX ProSenzorHD),	
--	--

Zadavatel v rámci dodatečného posouzení stanovených technických podmínek se rozhodl tento požadavek ze stanovených technických podmínek tento parametr nepožadovat.

- 6) Zadavatel v rámci stanovení technických podmínek, konkrétně v dokumentu „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ požadoval.

výstup dat	min. ve formátech STL, CAM, LAB a DVX
------------	---------------------------------------

Zadavatel v rámci dodatečného posouzení stanovených technických podmínek se rozhodl tento požadavek upravit.

Zadavatel **nově stanovil (vymezil)** technické podmínky pro **dotčené parametry** (stanovené technické podmínky) **požadovaného přístroje následujícím způsobem:**

výstup dat	1) min. ve formátech STL, CAM a DXD 2) LAB nebo i.LAB oba body požadavku musí být splněny
------------	--

- 7) **Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č. 1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/ doplnění zadavatele.**

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 8) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 28. 11. 2023 do 13:00 hod. se prodlužuje do 29.11. 2023 do 13:00 hod.

- 9) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek