

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

Přístroj pro High resolution anorektální manometrii a high resolution manometrii jícnu s impedancí a pH metrii

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 15.11. 2023 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace, následujícího znění:

- 1) *V oddělení tech. specifikace pro jícnovou manometrii, je pro specifikaci sondy uvedeno pouze "cirkumferenční HR solid state jícnová sonda", z čehož nelze jasně definovat, zda se jedná o HRM nebo HRIM solid state sondu.*

Prosíme o upřesnění charakteru sondy.

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

V oddělení tech. specifikace pro jícnovou manometrii, je pro specifikaci sondy uvedeno pouze "cirkumferenční HR solid state jícnová sonda", z čehož nelze jasně definovat, zda se jedná o HRM nebo HRIM solid state sondu.

Prosíme o upřesnění charakteru sondy.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na základě žádosti o vysvětlení stanovených technických podmínek, poskytuje následující odpověď na vznesený dotaz. **Jedná se o HRM sondu.**

po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **vyhovět žádosti dodavatelů.**

Zadavatel nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:

charakter sondy	cirkumferenční HRM solid state jícnová sonda
-----------------	--

- 2) **Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č.1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/doplnění zadavatele.**

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 3) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se

zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 23. 11. 2023 do 13:00 hod. se prodlužuje do 4.12. 2023 do 13:00 hod.

4) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - přílohy č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 20.11.2023