

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

Hlubokomrazící boxy pro Biologický ústav LF MU

část č. 2 VZ: Hlubokomrazící box - typ II

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 28.11. 2023 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace, následujícího znění:

- 1) *co má zadavatel na mysli požadavkem "plnohodnotné vnitřní vyjímatelné izolované dveře"? Za jakým účelem se budou vnitřní dveře vyjímat?*
- 2) *Bude zadavatel akceptovat kapacitu 528 ks krabiček?*

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

co má zadavatel na mysli požadavkem "plnohodnotné vnitřní vyjímatelné izolované dveře"? Za jakým účelem se budou vnitřní dveře vyjímat?

Odpověď zadavatele:

Plnohodnotnými vnitřními vyjímatelnými izolovanými dveřmi jsou myšleny vnitřní dvířka, která se dají vyjmout v případě potřeby (např. z důvodu údržby mrazáku, či dočasného skladování objemnějšího materiálu)

2) Dotaz č. 2:

Bude zadavatel akceptovat kapacitu 528 ks krabiček?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po zvážení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **nevyhovět žádosti dodavatele.**

3) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek