

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: **Fotometry a spektrofotometry**
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007010>

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta**
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce uveřejňuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel dne 28.11.2023 v 7:25:54 prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání zakázek na Masarykově univerzitě E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

Část 1 UV-Vis spektrofotometr pro malé objemy

V předpokládané cenové relaci lze nabídnout přístroje splňující požadované podmínky, tyto přístroje v základním uspořádání však umožňují pouze měření v mikrolitrových množstvích. V případě potřeby je lze však vybavit i modulem pro měření v kyvetách, nicméně toto rozšíření konfigurace znamená navýšení ceny. Je požadována možnost měření i v kyvetách jako součást dodávky (včetně dodání měřicí kyvety)? V případě, že bude požadována možnost měření v kyvetách jako součást dodávky, lze překročit předpokládanou cenu této části výběrového řízení?

Odpověď zadavatele č.1:

Zadavatel netrvá na podmínce, že zařízení musí umožňovat měření v kyvetách a lze tedy nabídnout přístroj i bez možnosti měření v kyvetě. Zadavatel bude akceptovat takové technické řešení, které splní všechny požadavky zadavatele uvedené v technických podmínkách. Předpokládaná hodnota části 1 VZ není limitní.

Zadavatel doplňuje a mění na základě dotazu a o své vůli technické podmínky a v důsledku toho doplňuje a mění znění dokumentů, které jsou součástí zadávací dokumentace, a to Předloha návrhu smlouvy, Příloha č.1 Technická specifikace věci a Technické podmínky, následujícím způsobem:

Původní technické parametry	Technické parametry po změně
Umožnění měření absorbance v malých objemech (uL) a umožnění měření absorbance v kyvetě <i>(Dodavatel uvede ANO/ NE)</i>	Umožnění měření absorbance v malých objemech (uL) <i>(Dodavatel uvede ANO/ NE)</i>
Kyvetě pro měření je součástí dodávky <i>(Dodavatel uvede ANO/ NE)</i>	-
-	Integrovaný systém pro detekci bublin nebo jiných anomálií v měřeném sloupci vzorku <i>(Dodavatel uvede ANO/ NE)</i>
-	Schopnost automatické identifikace kontaminantů ve vzorku a následné korekce výsledků měření <i>(Dodavatel uvede ANO/ NE)</i>

Zadavatel upozorňuje, že Předloha návrhu smlouvy a Technické podmínky v aktuálním znění jsou vloženy v příslušných záložkách elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.muni.cz/vz00007010> v sekci Zadávací dokumentace (viz dokumenty Předloha návrhu smlouvy 30_11_2023 a Technické podmínky 30_11_2023).

Dále zadavatel v důsledku výše uvedených změn znění Technických podmínek prodlužuje konec lhůty pro podávání nabídek uvedené v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese veřejné zakázky do 15.12. 2023 9:00 hod.“

V Brně dne 30. 11. 2023

Mgr. Pavel Vicherek
manažer veřejných zakázek