

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. Michal Boroš / +420 549 49 3220

V Brně, dne 5. 12. 2023

Věc: Veřejná zakázka: Flowboxy

Vysvětlení zadávací dokumentace (2)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

máme na zadavatele několik dotazů ohledně rozměrů:

Šířka pracovní plochy alespoň 1500 mm - Lze podat nabídku s šíří boxu 1492 mm?

Vnější šířka nejvýše 1650 mm – Lze podat nabídku s vnější šířkou boxu 1655 mm?

Vnitřní hloubka alespoň 600 mm – Lze podat nabídku s vnitřní hloubkou boxu 580 mm?

Vnitřní neperforovaná pracovní plocha hloubky alespoň 450 mm – Lze podat nabídku s hloubkou pracovní plochy 420 mm?

Děkujeme za odpovědi

Odpověď č. 1:

Zadavatel uvádí, že trvá na požadovaných technických a funkčních vlastnostech přístroje uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace.

Sdělení č. 1:

Zadavatel dále uvádí, že **ustanovení zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a lhůty pro podání nabídek zůstávají beze změn.**

manažer veřejných zakázek